

Otwock, dnia 08.05.2023 r.

**EZP.270.32.2023**

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy postępowania: Dostawa urządzenia do analitycznej wysokosprawnej chromatografii ciekowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym (UV-VIS) i radiometrycznym**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy w punkcie 2 Pompa, zamawiający wskazując parametr nie mniejsza niż +/-1%, nadał wartość graniczna 0-1%, czy +/-1-99%

Odpowiedź:

Dokładność przepływu powinna być nie gorsza niż +/-1% przy wartości granicznej 0-1%

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy z 8 tygodni do 14?  
Obecnie czasy dostaw rozwiązań detektorów radiochemicznych, spełniających państwa wymagania są nie krótsze niż 13, tygodni. Bezpośrednią przyczyną wydłużenia czasu dostaw stanowią problemy post pandemiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu dostawy.