



DTG/118/19

Krosno, dnia 28 maja 2019 r.

**Odpowiedzi na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z wpłynięciem kolejnych zapytań dotyczących treści SIWZ przetargu znak: **DTG/106/ZP-4/19 pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Żwirki i Wigury 9a w Krośnie.”** zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. 2017 z 1579 późn. zm.) oraz rozdziałem XIII SIWZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

część nr I - " Dostawa maszyny do badań zmęczeniowych wraz z oprogramowaniem do Laboratorium wytrzymałości materiałów”:

Jakie pomiary/badania będą przeprowadzane na maszynie zmęczeniowej i czy do stanowiska mają być dołączone uchwyty.

Odpowiedź:

Przeprowadzane będą badania zmęczeniowe wysoko cykliczne i próby statyczne. Stanowisko musi zawierać uchwyty hydrauliczne dynamiczne.

Wkładki płaskie 0-14 mm dwa komplety.

Wkładki okrągłe fi 4-14 mm jeden komplet.

Pytanie 2:

część nr I - " Dostawa maszyny do badań zmęczeniowych wraz z oprogramowaniem do Laboratorium wytrzymałości materiałów”:

Proszę o podanie zakresu przemieszczenia dla częstotliwości 20Hz.

Odpowiedź:

Dla częstotliwości 20Hz maszyna musi realizować przejście przez „0”.

KANCLERZ

mgr Franciszek Tereskiewicz

