



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Wadowice, dnia 16.03.2022r.

Znak: ZP.26.1.6.2022.1

Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 137 ust 1 modyfikują treść SWZ:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igły o średnicy 22 G, długość wysunięcia 5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 50 x 100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 miał na myśli próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku lub atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha) Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z wbudowaną automatyczną blokadą bezpieczeństwa oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru. Oferowany przez nas próżnościąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Dot. pakietu nr 7, poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły do ostrzykiwań o śr. 0,7 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 Dot. pakietu nr 7, poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicy 25 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 Dot. pakietu nr 7, poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli do polipektomii o średnicy 15 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 Dot. pakietu nr 7, poz. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli do polipektomii o średnicy 6 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 Dot. pakietu nr 7, poz. 9 Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli z siatką do usuwania ciał obcych o średnicy 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 Pytanie dotyczy pakietu nr 7poz.4 Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętlę do polipektomii o średnicy 6 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 Pakiet nr 7 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igłę1x do ostrzykiwań endoskopowych o średn.0,5-0,6mm o dług. 2300mm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 Pakiet nr 7 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pętlę 1x do polipektomii fi 6mm dł.230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 Pakiet nr 7 Poz.3 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica osłonki 2.3 mm, średnica igły 23G lub 25 G długość igły: 4, 5, 6 mm, długość robocza 230 cm. Osłonka odporna na załamania, zakończona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Sterylne pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy asortymentu opisanego w pakiecie 7 poz. 3.

Pytanie nr 13 Pakiet nr 7 Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką do usuwania ciał obcych dł. 2300, śr. 2,4, wielkość siatki 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 7 Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści ustnik 1x do endoskopu z paskiem z równoważnym rozwiązaniem dotyczącym ochraniacza zębów dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 Pakiet nr 7 Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści jednorazową klipsownicę endoskopową długość robocza 235 cm. Otwarcie ramion klipsa: 16 mm, kat rozwarcia 135 stopni, dedykowane dla kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 Pakiet nr 7 Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 4 dopuści zaferowanie pętli o długości 2,4 m.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 Pakiet nr 7 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 Pakiet nr 7 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 Pakiet nr 7 Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SZW.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 Pakiet nr 7 Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy otwarcia 15 mm lub 25 mm (do wyboru Zamawiającego), w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 Pakiet nr 7 Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy otwarcia 6 mm, w osłonce o śr. 2,4 mm o długości roboczej 2,4 m?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 Pakiet nr 7 Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką o śr. 25 mm lub 35 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 Pakiet nr 7 Pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści ustnik bez silikonowego ochroniacza zębów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 Pakiet nr 7 Czy zamawiający dopuści w Poz. 1 Iglą1x do ostrzykiwań endoskopowych o średn 0,5; 0,7 ; 0,9 mm o dług. 2300Mm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 Pakiet nr 7 Czy zamawiający dopuści w Poz. 2 Pętla 1x do polipektomii fi 15mm dł.2,3m

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 Pakiet nr 7 Czy zamawiający dopuści w Poz. 4 Pętla 1x do polipektomii fi 10mm dł.2,3m

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 Pakiet nr 7 Czy zamawiający dopuści w Poz. 9 Pętla z siatką do usuwania ciał obcych dł. 2300, śr.kanału 2,5, wielkość siatki 30mm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 28 Pakiet nr 7 Czy zamawiający dopuści w Poz. 10 Ustnik 1x do endoskopu z paskiem z tekstylnym ochroniaczem zębów dla dorosłych

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 Pakiet nr 7 Czy zamawiający dopuści w Poz. 11 Ustnik 1x do endoskopu z paskiem z tekstylnym ochraniaczem zębów dla dzieci

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 30 Pakiet nr 7 Czy zamawiający dopuści w Poz. 12 Pułapka 1x na polipy czterokomorowa

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 Pakiet nr 7 poz 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych igieł do ostrzykiwań endoskopowych o średnicy 0,5-0,6mm, o długości 2300mm.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32 Pakiet nr 7 poz 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych jednorazowych pętli do polipektomii fi 6mm, długość 2300mm.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 Pakiet nr 7 poz 5 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga szczotek dwustronnych czy jednostronnych do czyszczenia kanałów endoskopowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szczotek dwustronnych.

Pytanie nr 34 Pakiet nr 7 poz 10 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych ustników z otworem centralnym o wymiarach 22 x 25mm, z wstępnie założoną gumką, mikrobiologicznie czyste- pakowane indywidualnie, każdy zawierający 3 etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, datą ważności i nr katalogowym, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 Pakiet nr 7 poz 11 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych ustników pediatrycznych z otworem centralnym o wymiarach 19 x 16mm, z wstępnie założoną gumką, mikrobiologicznie czyste- pakowane indywidualnie, każdy zawierający 3 etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, datą ważności i nr katalogowym, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 Pakiet 7 pozycja nr 4 Czy Zamawiający wymaga pętli o średnicy 6 mm zamiast 5 mm i średnicy pętli 0,47mm, średnica osłonki 2.3mm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 Pakiet 7 pozycja nr 4 Czy Zamawiający wymaga pętli do polipektomii obrotowych o dwóch sposobach rotacji tj. wyposażonych w pokrętło na rękojeści służące do obrotu pętli i poprzez obrót całej pętli?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 38 Pakiet nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurki tracheostomijnej niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 39 Pakiet nr 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści długość maksymalną części tylnej 34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 40 Pakiet 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy posiadający czas użytkowania 7 dni przy jednoczesnej ilości aktywacji wynoszącej 350, objętość wypełnienia 0,09ml i wytrzymałość na ciśnienie do 3 barów?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 41 Pakiet nr 9 poz. 1 Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny bezigłowy port wykonany z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne i skuteczne użytkowanie, wyposażony w wysokiej jakości silikonową membranę pozwalającą na wielokrotne stosowanie portu, przyrząd zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port, wewnętrzna przestrzeń portu nie zawiera martwej przestrzeni, redukuje osadzanie się krwi i leków, o doskonale szczelnej konstrukcji, zapobiegającej dostawaniu się do łącznika powietrza, płynów i ciał stałych, wyposażony w prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji, posiadający przezroczystą obudowę zapewniającą kontrolę wzrokową podawanych płynów, możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym, duże światło toru przepływu portu umożliwi stosowanie cewników o zwiększonych przepływach takich jak cewniki do hemodializy, nie zawiera ftalanów, sterylizowany EO, czas użytkowania 7 dni, o objętości wypełnienia 0,09 ml, przepływie 400-440ml/min, wytrzymałości na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary=44psi oraz wytrzymałości na ciśnienie zwrotne 2bary=29psi?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 42 Dot. pakietu 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, zamkniętego systemu dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczonego protektorem męskim w kolorze różnym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 0,20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzysługającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 43 Dot. pakietu 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego z neutralnym przemieszczaniem płynu, kompatybilnym z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości całkowitej 2,7cm, zabezpieczony od strony podłączenia do wkłucia koreczkiem ,przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnych i dotętnicznej, silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskaźnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji, prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedury, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu, odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary),

kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego, czas użycia 7 dni lub 600 aktywacji, wymagany przepływ 140ml/min, objętość wypełnienia wynosząca 0,05 ml, pakowany pojedynczo, sterylny

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 44 Pakiet nr 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego system bezigłowy o przepływie 320 ml/ min o objętości wypełnienia 0,085 ml/min i max przepływie 650 ml/min możliwość stosowania przez 7 dni i 600 aktywacji. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 45 Pakiet nr 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zamkniętego systemu bezigłowego o wytrzymałości do 7 dni i 700 aktywacji (użyć), posiadającego przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 46 Pakiet nr 9 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47 Pakiet nr 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego y pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 360 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, przezroczysty, membrana jednorodna, przezroczysta, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: naciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. objętość wypełnienia, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 48 Pakiet 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z teflonu FEP, wyposażoną w domykany ręcznie koreczek portu górnego bez teflonowej zastawki do wstrzyknięć, kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 49 Pakiet 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu PUR, wyposażoną w 6 pasków kontrastujących w RTG oraz z samodomykającym się koreczkiem portu górnego bez teflonowej zastawki do wstrzyknięć, barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 50 Pakiet 10, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 Pakiet nr 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 11, punkt 4, oryginalny, dedykowany przez producenta papier do LIFEPAK 9P, 10, 20, 20e o wymiarach 50 mm x 30 m, pakowany po trzy rolki w opakowaniu, zwiększając jednocześnie wymaganą ilość do 21 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 52 Pakiet nr 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 11 punkt 3, oryginalny, dedykowany przez producenta papier do LIFEPAK 12, 15 o wymiarach 107 mm x 22 m, pakowany po dwie rolki w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 53 Pakiet nr 11 Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowany w pakiecie nr 11 papier i elektrody do defibrylacji stymulacji i EKG były akcesorium oryginalnym, przetestowanym do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnym z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK, natomiast używanie nieoryginalnych elektrod może skutkować nieskuteczną terapią i może stanowić zagrożenie dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wymaga**.

Pytanie nr 54 Pakiet nr 11 poz. 1, 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 11 w pozycji 1 i 2 jako j.m. op. rozumie komplet składający się z dwóch elektrod połączonych kablem ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 55 Pakiet nr 11 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody do defibrylacji, które nie są radioprzezierne?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 56 Pakiet 12, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą G20 o następujących właściwościach:

- Cewnik kaniuli wykonany z teflonu FEP posiadający 2 paski kontrastujące w RTG
- Zawór odcinający „on/off” w kolorze czerwonym umożliwia zamknięcie lub otwarcie światła kaniuli
- Specjalnie zaprojektowany przesuwany zawór odcinający minimalizuje utratę krwi, zapobiega wypływowi wstecznemu zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny
- Skrzydełka „w kształcie motyla” ułatwiają bezpieczne mocowanie za pomocą opatrunku
- Skrzydełka dodatkowo wyposażone w 3 oczka umożliwiające opcjonalnie przyszycie do skóry

- Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu tętniczym pacjenta
- Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi i ryzykiem infekcji
- Koreczek luer lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 57 Pakiet 12, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk z przeliczeniem uwzględniającym ilość zamawianych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 58 Pakiet 12, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny posiadający tylko optyczny identyfikator pozycji „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni oraz z maksymalną objętością wypełnienia 0,3 ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 59 Pakiet 12, pozycja 13-15 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 60 Pakiet 12, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml skalowaną co 0,2ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 61 Pakiet 12, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml skalowaną co 0,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 62 Pakiet 12, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 63 Pakiet 12, pozycja 17-18 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 64 Pakiet 12, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe z igłą 0,45x13mm oraz z dokładnością co 0,05ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 65 Pakiet 12, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 66 Pakiet 12, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe pakowane w opakowanie zbiorcze a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 67 Pakiet 12, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 68 Pakiet 12, pozycja 20-21 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 69 Pakiet 12, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 70 Pakiecie 12, poz. 9 Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 9 z pakietu 12 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 71 Pakiet 12 Poz. 17 Prosimy Zamawiającego do dopuszczenie Strzykawki 1 raz 50/60 ml z końcówką LUER

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 72 Pakiet nr 12 poz. 4,5,6,7 Prosimy o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,8 x 38 mm, 0,9 x 38 mm, 1,1 x 38 mm, 1,2 x 38 mm

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 73 Pakiet nr 12 poz.10 Prosimy o dopuszczenie Kaniula dotętnicza wykonana z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG, z zaworem suwakowo-kulkowym typu FloSwitch (czerwony suwak), skrzydełka boczne z okrągłymi otworami umożliwiającymi podszycie, 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 74 Pakiet nr 12 poz. 12 Prosimy o dopuszczenie kranika o obojętności wypełnienia 0,32 ml/ min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 75 Pakiet nr 12 poz. 13-16 Prosimy o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 2/3ml, 5/6ml, 10/12ml,20/24 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 76 Pakiet nr 12 poz. 19 Prosimy o dopuszczenie strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm lub 0,5 x 16 mm

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 77 Pakiet nr 12 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie strzykawkę do karmienia 50/60 ml.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 78 Pakiet 12. poz. 11, 17-18, 20, Czy zamawiający wydzieli poz.11,17-18,20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 79 zadanie 12, poz. 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 80 zadanie 12, poz. 17,20, czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 81 Pakiet nr 12 poz. 13-16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z rozszerzona skalą o 20%. Strzykawkę o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawkę, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 82 Pakiet nr 12 poz. 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę w opakowaniu A.100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 83 Pakiet nr 12 poz. 19 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z igłą 0,45x12 i 0,5x16 spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 84 Pakiet 13, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane w opakowanie a'90 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 85 Pakiet 13, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości oraz zaokrągleniem w górę do 889 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 86 Pakiet 13, pozycja 7-8 Czy Zamawiający dopuści opaski z wkładaną karteczką?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 87 Pakiet 13, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny 150ml?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 88 Pakiet nr 13 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków pakowanych po 80 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań 1000 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 89 Pakiet nr 13 poz. 7-8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski identyfikacyjnej dla dzieci i dorosłych posiadające zamykaną kieszonkę na kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych (z nadrukiem), nietoksyczna, miękka, jednorazowego użytku opakowanie jednostkowe – 100 szt. Opaski są wykonane z materiału, który nie powoduje reakcji alergicznych i odparzeń, zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie (typ zatrzask) otwory umożliwiające regulację długości tasiemki.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 90 Pakiet 13, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 91 PAKIET nr 42 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy wyposażony w silikonową przezroczystą membranę, bez zawartości lateksu, ftalanów i PCV, możliwość stosowania przy lekach lipidowych, cytostatykach i lekach nowej generacji, pakowany pojedynczo, z membraną silikonową i płaską powierzchnią wstrzyknięcia, umożliwiającą jej dezynfekcję, idealnie gładką i jednorodną, niesprzyjającą kolonizacji bakterii, pracujący w systemie zamkniętym, przestrzeń martwa maksymalnie 0,1, o natężeniu przepływu 540ml/min zgodnie z normą ISO 10555 umożliwiającą 600 aktywacji i/lub użytkowanie 7 dni, kompatybilny ze strzykawką typu luer, luer-lock oraz każdym przyrządem do przetoczeń; sterylny, jednorazowego użytku. System może być używany w tomografii komputerowej ?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 92 Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., Zamawiający zastrzega prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., dostarczenia asortymentu w terminie do 4 dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia, w ilości uzgodnionej z osobą upoważnioną, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego - loco Budynek PPS (przyziemie). W razie potrzeby dostawa na cito w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 94 Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Dostawca reklamację zgłoszoną w sposób określony w ust. 3 rozpatrzy niezwłocznie, nie później

jednak niż w ciągu 18 dni od daty pisemnego powiadomienia. Brak odpowiedzi w w/w terminie uznaje się za przyjęcie reklamacji”?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** i modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 95 Dotyczy warunków umowy § 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**. Możliwość w zakresie wstrzymania się ze świadczeniem wynikają z Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 96 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy w przypadku:

- 2.1. trzykrotnego niezrealizowania dostawy asortymentu w terminie określonym w §3 ust. 1,
- 2.2. zmiany cen z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 5 ust. 3.
- 2.3. nieprzedstawienia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
- 2.4. nieprzedstawienia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kart charakterystyki potwierdzających spełnianie wymagania określonych w SWZ
- 2.5. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie § 6 ust. 2 pkt 2.1 i 2.2. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Pytanie nr 97 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 10% na 7%?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 98 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**. Kara odnosi się do wartości niezrealizowanego asortymentu.

Pytanie nr 99 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku niezrealizowania dostawy asortymentu w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu przedmiotu umowy od osoby trzeciej na koszt Dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.

Zamawiający, o fakcie tym niezwłocznie poinformuje Dostawcę pisemnie lub za pośrednictwem faksu. Złożone wcześniej zamówienie z chwilą powiadomienia Dostawcy zostanie anulowane, a Dostawca zostanie obciążony różnicą kosztów”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 100 Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Dostawca nie może przenieść wierzycelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego zgodnie z art. 54 ust 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 101 Dotyczy §6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów punktów poprzez dodanie zapisu „po wcześniejszym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy oraz określenia terminu dodatkowego” realizacji”. Zamawiający w umowie przewidział kary umowne za opóźnienia w realizacji postanowień umownych, obecny zapis jest bardzo niekorzystny dla Wykonawców ponieważ przewiduje możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego po jednym uchybieniu.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy § 6 ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 odpowiadając na pytanie nr 96.

Pytanie nr 102 Dot. par. 2 ust. 2 wzoru umowy Prosimy o zwiększenie wartości wykonania umowy do 80% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 103 Dotyczy § 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni aby umożliwić nam złożenie korzystniejszej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 104 Dotyczy § 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie projektu umowy o następujący zapis: „W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Dostawcy przysługuje prawo wstrzymania kolejnych dostaw do czasu zapłaty należności”.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**. Możliwości w zakresie wstrzymania się ze świadczeniem wynikają z Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 105 W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie dokonywał sprawdzenia realizacji przez dystrybutorów obowiązku określonego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, albowiem

obowiązujące przepisy nie nakładają na niego takich obowiązków, co nie zwalnia dystrybutorów od ich realizacji.

Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanego asortymentu. Skoro dla zapewnienia tej jakości konieczne jest odpowiednie magazynowanie i transportowanie oferowanych produktów, wykonawca jest obowiązany to zapewnić z racji ponoszonej jako dostawca odpowiedzialności.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że wskazane przez Państwa zakresy temperatur wymaganych do magazynowania i transportu asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia, nie jawią się jako specjalne i wymagające wdrożenia szczególnych warunków przechowywania i przewożenia.

Pytanie nr 106 Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z art. 14 ust. 3 ww. rozporządzenia wynika przytoczony w Państwa piśmie obowiązek dystrybutora.

Pytanie nr 107 Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia takiego wykazu.

Pytanie nr 108 Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca transportował przedmiot zamówienia, z obowiązkiem rejestracji i wydruku temperatury.

Ponadto Zamawiający **modyfikuje** zapisy Załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 7 poz. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

10	Ustnik 1x do endoskopu z paskiem z silikonowym ochraniaczem zębów dla dorosłych Ustnik ma posiadać naklejkę z datą ważności.	szt	2860
11	Ustnik 1x do endoskopu z paskiem z silikonowym ochraniaczem zębów dla dzieci Ustnik ma posiadać naklejkę z datą ważności.	szt	100

Zmodyfikowana SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 23.03.2022r.** do godz. 10:00. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert. Otwarcie ofert i próbek następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **23.03.2022r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20.06.2022r.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x a/a.