



Do Wykonawców

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę spektrofotometrycznego czytnika płytek**. Nr postępowania ZP/WIBHiŚ/10/2023/N.

Zamawiający – Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, zgodnie z rodziałem VIII pkt 7.2 Zaproszenia do składania ofert, udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z możliwością rozbudowy o moduł do analizy DNA/RNA w 2ul z 64 próbek jednocześnie, o powtarzalności (precyzji) $< \pm 0.003$ OD $\pm 1.0\%$ w zakresie 0–3 OD, o liniowości (dokładności) $< \pm 0.006$ OD $\pm 1.0\%$ w zakresie 0–3 OD, o zakresie pomiaru luminescencji 300-650nm (bez pików), z czułością pomiaru luminescencji wynoszącą 2pM ATP, z możliwością samodzielnej rozbudowy o pomiar fluorescencji poprzez zakup kostki z fitrami, z instrukcją obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do składania ofert na dostawę urządzenia z parametrami wymienionymi w zapytaniu. W przypadku oferowania takiego urządzenia należy wraz z ofertą **dodatkowo złożyć** specyfikację techniczną i opis urządzenia pozwalające na stwierdzenie czy oferowana aparatura spełnia wymagania Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część treści Zaproszenia do składania ofert.

Dziekan
Wydziału Instalacji Budowlanych
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni