

Postępowanie numer: KA-CZL-DZP.261.2.76.2023

### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Dotyczy postępowania: dostawa mikroskopu optycznego z kompatybilnym zestawem do epifluorescencji dla Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.**

Zamawiający, przekazuje poniżej treść zapytania (zachowano oryginalną treść pytania), które wpłynęło do Zamawiającego i udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

*„Czy Zamawiający dopuści moduł do epifluorescencji, w pełni kompatybilny z mikroskopem, wyposażony w lampy wzbudzeniowe LED?”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza modułu epifluorescencji, w pełni kompatybilnego z mikroskopem, wyposażony w lampy wzbudzeniowe LED. Zamawiający wymaga, aby lampa była zgodna z opisem przedmiotu zamówienia tj. halogenowa”.

***Sporządziła: Renata Nazimek***

*Specjalista Działu Zamówień Publicznych*