



Poznań, dnia 12.08.2021r.

Dz. Z. P. 15/ 21

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego
na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Embriologii wraz z zestawami do witrifikacji i rozmrażania**

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw nr 1

Czy Zamawiający wydzieli z części nr 1 pt "Płytki Petriego, płytki 4-komorowe, probówki dwuskokowe" następujące pozycje do odrębnego pakietu / części postępowania:

pozycję 1 - szalki Petriego 35-40 mm, pozycję 2 - szalki Petriego 55-60 mm, pozycję 3 - szalki Petriego 90-100 mm, pozycję 4 - płytki do transferu zarodków pozycję 6 - probówki PS 14ml

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ .

Zestaw nr 2

1. Czy nie popełniono omyłki pisarskiej jeżeli chodzi o znak sprawy? W SWZ oraz w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy) wymieniono znak sprawy PN-15/21, a w załączniku nr 2 (formularz ofertowy) - PN-06/21. Na który znak sprawy Wykonawca powinien się powołać składając ofertę?
Odpowiedź: Znak sprawy 15/21
2. Część nr 4, pozycja 3 : Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym, załącznik nr 1 do SWZ nie uwzględnił informacji nt. wymaganych ilości opakowań. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia ilość asortymentu w Części nr 4 w poz. 3 – 15 op.
W załączeniu formularz asortymentowo – cenowy po zmianach.
3. Część nr 6, pozycja 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pipet do mikromanipulacji (ICSI), sterylnych (sterylizowanych promieniowaniem gamma), wykonanych ze szklanych borosilikatowych kapilar (zewnętrzna średnica 1mm) i całkowitej długości 5.4-5.8cm, zgięta pod kątem 35 stopni. Długość ramienia 1mm, o średnicy wewnętrznej 4.3-4.9µm, z ostrzem ściętym pod kątem 35-40 stopni, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane na zarodkach mysich. Certyfikat testu MEA do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy. Certyfikat europejski. Pakowane po 10szt. (przy zachowaniu realizacji ilości sztuk wymaganych przez Zamawiającego)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Część nr 6, pozycja 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pipet holdingowych, sterylnych (sterylizowanych promieniowaniem gamma), wykonanych ze szklanych borosilikatowych kapilar (zewnętrzna średnica 1mm) i całkowitej długości 5.4-5.8cm, zgięta pod kątem 35 stopni. Długość ramienia 1mm, o średnicy zewnętrznej 95-120µm i wewnętrznej 15-20 µm, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Nietoksyczne dla gamet i zarodków, testowane na zarodkach mysich. Certyfikat testu MEA do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy. Certyfikat europejski. Pakowane po 10szt. (przy zachowaniu realizacji ilości sztuk wymaganych przez Zamawiającego)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 73
e-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl

