

Konin, 13.06.2023 r.

WSZ-EP-6/675/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-6/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 15

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Pytanie do zadania 14 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 31-32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 35-38ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 2:

Pytanie do zadania 14 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie: łącznika martwa przestrzeń, rozciągliwa karbowana, regulacja dł. 90- 150mm, 22F - 22M/15F z podwójnie obrotowym łącznikiem, z portem zamykanym kapturkiem, sterylne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 3:**Pytanie do zadania 14 poz. 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie martwej przestrzeni gładka wew. z22F - 22M/15F z podwójnie obrotowym łącznikiem z portem zamykanym kapturkiem o dł. 20cm sterylne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 4:**Pytanie do zadania 24**

Prosimy o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę ,o przestrzeni martwej 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.1; 500ml: 33.8; 750ml: 31.5; 1000ml: 28.5; 1200ml: 26.2 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.87; 500ml: 10.18; 750ml: 12.47; 1000ml: 15.50; 1200ml: 17.82; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym ,o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 5:**Pytanie do zadania 25 poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy do aparatu do znieczulenia z pionową membraną, o średnicy 22mm i długości 180 cm z kolankiem z portem kapno, dodatkową rurą rozciągalną do worka do 150 cm, łącznikiem 22M/19M, workiem oddechowym bez latexowym o pojemności 2L. Rura wydechowa niezdejmowalna o długości od 25 do 50 cm rozciągliwa, jednorazowy, wolny od DEHP i Latex. Wszystkie złącza (wlot, wylot i do worka) posiadają miękkie, elastyczne końcówki różniące się koloru. Posiada automatyczny zwrot ciepła przez powietrze wychodzące od pacjenta w zakresie 4,1 ° C przy przepływie 10 l / min. Waga obwodu bez akcesoriów <250gram.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 6:**Pytanie do zadania 25 poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy do aparatu do znieczulenia z pionową membraną, o średnicy 22mm i długości 180 cm z kolankiem z portem kapno, dodatkową rurą rozciągalną do worka do 300 cm, łącznikiem 22M/19M, workiem oddechowym bez latexowym o pojemności 2L. Rura wydechowa niezdejmowalna o długości od 25 do 50 cm rozciągliwa, jednorazowy, wolny od DEHP i Latex. Wszystkie złącza (wlot, wylot i do worka) posiadają miękkie, elastyczne końcówki różniące się koloru. Posiada automatyczny zwrot ciepła przez powietrze wychodzące od pacjenta w zakresie 4,1 ° C przy przepływie 10 l / min. Waga obwodu bez akcesoriów <250gram.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 7:

Pytanie do zadania 25 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze 22-23 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 26 -30 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 8:

Pytanie do zadania 28

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na czym ma polegać kompatybilność z TK? Czy Zamawiający ma na myśli cewniki pośrednie z możliwością wstrzyknięć pod ciśnieniem co najmniej 300psi pozwalające na bezpieczne podanie kontrastu przez pompy do podaży kontrastu w badaniach TK?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że kompatybilność z TK polega na możliwości podania kontrastu pod wysokim ciśnieniem.

Treść pytania nr 9:

Pytanie do zadania 28

Czy możliwość wstrzyknięcia pod ciśnieniem ma być potwierdzona w oryginalnych dokumentach producenta jak instrukcja użycia (IFU)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

Treść pytania nr 10:

Pytanie do zadania 28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie CEWNIK MIDLINE nadający się do wstrzykiwania pod ciśnieniem jednokanałowy cewnik pośredni 4Fr/20cm oraz dwukanałowy 5Fr/20cm zakładanych metodą zmodyfikowanego Seldingera.

Zawartość zestawu:

Zawartość zestawu 1 kanałowego cewnika:

1 : Cewnik TaperFree: 4 Fr. (śr. zewn. 1,45 mm) x 20 cm, z nadającego się do wstrzykiwania pod ciśnieniem cieniodajnego poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym

1 : Rozrywalna koszulka GlideThru: 4 Fr. x 7 cm (2-3/4”), cieniodajna, na rozszerzacz 4 Fr.

1 : Prowadnik sprężynowy, z nitynolu, z oznaczeniami: śr. 0,46 mm (0,018”) x 45 cm (17-3/4”)

(prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim), z urządzeniem Arrow Advancer

- 1 : Igła wprowadzająca: 21 Ga. x 7 cm (2-3/4"), echogenna, cienkościenna
 - 1 : Strzykawka: 10 ml, z końcówką Luer-Lock
 - 1 : Pojemnik na odpady z blokadą SharpsAway II
 - 1 : Przycinacz cewnika 1 : Skalpel z zabezpieczeniem: #11
 - 1 : Papierowa taśma miernicza
 - 1 : Opaska uciskowa
 - 1 : Opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika GRIP-LOK
 - 1 : Zawór: złączka MicroCLAVE z neutralnym ciśnieniem odłączania
- Zwartość zestawu dwukanałowego cewnika :

- 1 : Dwukanałowy cewnik TaperFree: 5 Fr. (śr. zewn. 1,81 mm) x 20 cm, z nadającego się do wstrzykiwania pod ciśnieniem cieniodajnego poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskami przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym
- 1 : Rozrywalna koszulka GlideThru: 5 Fr. x 7 cm (2-3/4"), cieniodajna, na rozszerzacz 5 Fr.
- 1 : Prowadnik sprężynowy, z nitynolu, z oznaczeniami: śr. 0,46 mm (0,018") x 45 cm (17-3/4") (prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim), z urządzeniem Arrow Advancer
- 1 : Igła wprowadzająca: 21 Ga. x 7 cm (2-3/4"), echogenna, cienkościenna
- 1 : Strzykawka: 10 ml, z końcówką Luer-Lock
- 1 : Pojemnik na odpady z blokadą SharpsAway II
- 1 : Przycinacz cewnika
- 1 : Skalpel z zabezpieczeniem: #11
- 1 : Papierowa taśma miernicza
- 1 : Opaska uciskowa
- 1 : Opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika GRIP-LOK
- 2 : Zawór: złączka MicroCLAVE z neutralnym ciśnieniem odłączania

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 11:

Pytanie do zadania 28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie cewników pośrednich bez możliwości podaży kontrastu zakładanych techniką zmodyfikowanego Seldingera. Jednokanałowe cewniki pośrednie, dostępne rozmiary

3Fr/20cm;

4Fr/20cm;

5Fr/20cm

Zawartość zestawu:

- 1 : Cewnik poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym
- 1 : Rozrywalna koszulka na rozszerzacz
- 1 : Prowadnik sprężynowy, z nitynolu, z oznaczeniami: śr. 0,46 mm (0,018") x 45 cm (17-3/4") (prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim), z urządzeniem Arrow Advancer
- 1 : Igła wprowadzająca: 21 Ga. x 7 cm (2-3/4"), echogenna, cienkościenna
- 1 : Strzykawka: 10 ml, z końcówką Luer-Lock
- 1 : Pojemnik na odpady z blokadą SharpsAway II
- 1 : Przycinacz cewnika
- 1 : Skalpel z zabezpieczeniem: #11

- 1 : Papierowa taśma miernicza
- 1 : Opaska uciskowa
- 1 : Opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika GRIP-LOL

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 12:

Pytanie do zadania 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnik centralny PICC zakładany obwodowo do żyły głównej górnej bez zastawki Groshong, Dla wykonania prawidłowego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego cenniki typu PICC powinny być wykonane z poliuretanu i nie mogą posiadać zastawek i najlepiej, gdy nadają się do wstrzyknięć pod ciśnieniem. Cewniki wykonane z silikonu niosą ze sobą wyższe ryzyko okluzji. Prosimy o dopuszczenie alternatywnych zestawów centralnych zakładanych z obwodu tzw. PICC, bowiem opisane w SWZ cewniki centralne PICC wykonane są z silikonu, cewniki są delikatniejsze i wiąże się z tym możliwość rozerwania. Tym samym, zwracamy się o dopuszczenie zgodnie z poniższymi parametrami :Rozmiar 4F/55cm, z końcówką delikatną nietraumatyzującą z ujściem dystalnym, wykonany z radiocieniującego nowej generacji poliuretanu (mniejsze ryzyko okluzji), wysokociśnieniowy podaż 4ml/sec, posiadający funkcję pomiaru OCZ oraz możliwość pobierania próbek krwi, jednoświatłowy; średnica wewnętrzna 18G; końcówka proksymalna zakończona zaworkiem bezigłowym, przepływ 660ml/h. W zestawie urządzenie mocujące eliminujące konieczność przyszywania cewnika do skóry, mikrointroducer, igła punkcyjna echogeniczna 21G/7cm prowadnica, bezpieczny skalpel, strzykawka 10ml, miarka, staza, trymer, pojemnik do zabezpieczania igieł, łącznik bezigłowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.