

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”

Włocławek, dnia 18.08.2023r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp o wartości nieprzekraczającej 215 000 euro pn. Dostawa – zestaw do analiz patomorfologicznych**  
**Znak postępowania: DZP/63/2023**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2023/BZP 00349276/01, data publikacji 10.08.2023r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 10.08.2023r.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2023/BZP 00356150/01, data publikacji 17.08.2023r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 17.08.2023r.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi oraz zamieszcza zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

#### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kamery na dodatkowym porcie optycznym z podziałem światła 50/50 o lepszych parametrach niż w opisie SIWZ

Kolorowa kamera cyfrowa :

Typ sensora: CMOS o przekątnej 1 / 2.3”

Rozdzielczość: 12MPx

Rozmiar piksela: 1.55 µm × 1.55 µm

Czas ekspozycji: 100 µs – 120 ms

Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w rozdzielczości 4K: 60fps

Dostępne złącza: USB 3.1 Gen1 Type C, HDMI 2.0a, 4 × USB 2.0, Ethernet RJ45, 2.5 mm JACK.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Obiektywy Planachromatyczne o powiększeniach / aperturze, o standardowej długości parafokalnej 45mm

- N PLAN 5x/0.12

-N PLAN 10x / 0,25/

-N PLAN 20x / 0,40/

-N PLAN 40x /0.65/

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

**dot. Załącznik nr 7.4. do SWZ; poz. 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania kamery o minimalnych parametrach technicznych jak niżej:

- rozdzielczość min. 20.3 Megapixel
- rozmiar sensora min. 6.16 x 4.62 mm (przekątna 7.70 mm)
- rozdzielczość wideo: (4K) 3840 x 2160, 29.97/25 fps (Full HD) 1920 x 1080, 59.94/50/29.97/25 fps, (HD) 1280 x 720, 59.94/50 fps
- ilość klatek na sekundę: 10fps do 60fps – w zależności od rozdzielczości
- focus: automatyczny I manualny
- balans bieli: automatyczny I manualny
- zmienny zoom optyczny do 65x
- zoom cyfrowy do nieskończoności
- brak konieczności stosowania dodatkowych soczewek
- waga 4.5Kg (+600g zasilacz kamery)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z upoważnienia  
Dyrektora  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
we Włocławku

  
Specjalista  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Dorota Nowacka