

Postępowanie: IZP/2500/5/2021

MODYFIKACJA 30.04.2021 r.

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I – Dozownik do dezynfekcji rąk stojący – 2 szt

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Bezdotykowy automatyczny dozownik do dezynfekcji rąk, do dozowania środków dezynfekujących Urządzenie o wysokości nie mniejszej niż 140cm x 40 cm. Zasilanie dozownika sieciowe i akumulatorowe, możliwość rozłączenia stacji ze stojakiem. Możliwość konfiguracji ilości podawanego płynu. Zbiornik na płyn o pojemności nie mniejszej niż 1,5 l. Automat z kablem sieciowym w zestawie. Uruchomienie automatu do dezynfekcji następuje w sposób bezdotykowy poprzez podłożenie dłoni. Płyn z automatu podawany jest w postaci określonej dozy regulowanej przez użytkownika. Automat wyważony, stabilny, konstrukcja ciężka do przewrócenia. Gwarancja automatu zapewnia czas reakcji serwisowej do 48h oraz serwis na terenie całego kraju. Urządzenie można użytkować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.	Tak	
2	Gwarancja: min 24 miesiące	Tak	

Pakiet II – Monitor funkcji życiowych – 4 szt

Monitor funkcji życiowych umożliwiający sposób pomiaru, zapisu, analizy i interpretacji danych pacjenta w miejscu sprawowania nad nim opieki

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	kolorowy ekran TFT LCD 8,		
2	akumulator litowo-jonowy (minimum 4 godziny nieprzerwanej pracy),		
3	ustawienie wyświetlania dużej czcionki i koloru czcionki,		
4	tryb ciągłego monitorowania,		
5	graficzny i tabelaryczny przegląd trendów,		
6	EKG,		
7	tryb pracy: ręczny, automatyczny, ciągły,		
8	typowy czas pomiaru: 20 ~ 40 s,		
9	zakres ciśnienia skurczowego: dorośli 40–270,		
10	zakres ciśnienia rozkurczowego: dorośli 10–210,		
11	dokładność pomiaru; maksymalny średni błąd: ± 5 mmHg,		
12	standardowy SpO ₂ ,		
13	zakres pomiarowy: 0-100%,		
14	rozdzielczość: 1%,		
15	dokładność: ± 2% (70-100%, dorośli / dzieci); ± 3% (70–100% noworodków).		
16	Gwarancja: min 24 miesiące		