

Katowice, dn. 04.11.2019r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU V
Nr sprawy: ZP-19-122UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 15

Prosimy o dopuszczenie wyceny kieliszków za op.75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na opakowania, czyli 8500 opakowań. Kieliszki konfekcjonowane są w opakowaniach po 75 szt. i w ten sposób są sprzedawane. W związku z tym, iż przepisy prawa odnoszące się do cen, pozwalają na podawanie cen wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku, wycena za opakowanie umożliwi zaofferowanie korzystniejszej oferty. Dla zobrazowania: przy wycenie 1 sztuki kieliszka po 0,02 zł, Zamawiający faktycznie zapłaci za opakowanie zbiorcze kieliszków 1,50 (takie ceny netto występują w przetargach) ale już przy cenie 0,03 – 2,25. Ponadto, z naszego doświadczenia wynika, iż w sytuacji wymogu podania ceny za 1 sztukę, Zamawiający otrzymuje oferty z identycznymi cenami i jest zmuszony unieważnić postępowanie w pakiecie.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przestaniek użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie wyceny za 1 szt.

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaofferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 2 Pakiet nr 15

Prosimy o dopuszczenie zaofferowania kieliszków do leków jednorazowego użytku o objętości 30 ml, o średnicy podstawy 2,7cm. Opakowanych po 75 szt.

Kieliszki są wyrobem obojętnym dla procedur medycznych, dlatego ograniczenie parametrów wskazanych w SIWZ, nosi znamiona ograniczenia równego traktowania wykonawców.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przestaniek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie parametrów jak w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność max. 30ml z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący średnicy podstawy kieliszka, ponieważ otwory w tacach na leki będące na wyposażeniu każdego Oddziału Szpitala, mieszczą kieliszki których średnica nie jest większa niż 2,5cm.

Pyt. 3 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 4 pozycję drugą – cewniki dla dorosłych, umożliwiając większej liczbie oferentów udział w postępowaniu?

Odp.: Zamawiający nie ma możliwości w postępowaniu powyżej progów unijnych wydzielenia z pakietu jednej z pozycji i utworzenia nowego pakietu dla tej pozycji. Niestety ten typ korekty nie jest możliwy zgodnie z zasadami publikacji w Dz.U. UE, gdyż dotyczy modyfikacji struktury samego dokumentu, czego nie można dokonać.

Pyt. 4 Pakiet nr 4 poz. 1

Zamawiający w pakiecie numer 4 umieścił cewniki permanentne. W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 1 zamieszczone zostały cewniki krótkoterminowe, których nie możemy zaliczyć do cewników permanentnych. Słowo permanentny oznacza proces ciągły i długotrwały a cewniki -8, 9, 10 french nie spełniają tego wymogu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Opisane cewniki są cewnikami permanentnymi-pediatrycznymi o mniejszej średnicy.

ZP-19-122UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 5 Pakiet nr 4 poz. 2

W punkcie 2 Zamawiający nie wskazał rozmiaru cewnika, dlatego prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy cewników permanentny obejmujący rozmiar 14,5 -15,5 (typowy dla cewników permanentnych.)

Odp.: Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie do opisu rozmiaru cewnika tj. „Rozmiar cewnika 14,5 – 15,5.”

W załączeniu niniejszej informacji dołączony jest skorygowany Załącznik nr 4 (Pakiet nr 4).

Pyt. 6 Pakiet nr 4

Prosimy punkt 1 pakietu 4 wydzielić do osobnego pakietu dla Cewników krótkoterminowych lub umożliwić udział w postępowaniu tworząc pakiet 4 jako podzielny umożliwiający złożenie oferty niezależnie dla każdego punktu w pakiecie osobno, tak aby nie utrudniać składania oferty konkurencyjnej?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pyt. 7 Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o naturalnym pH 5,5, rozmiar 12cm x 20cm (+/-5cm) bez dodatku aloesu lub rumianku. Gramatura myjki 100 g/m²?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami przez jednostkę niezależną na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową gąbkę nasączoną 20ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą sputkiwania. Rozmiar 10cm x 10cm x 2,5cm. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego otwarcia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 10 Pakiet nr 14 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości sztuk jakich oczekuje w pozycjach 1 oraz 2.

Odp.: Zgodnie z korektą SIWZ z dnia 31.10.2019r.

Pyt. 11 Pakiet nr 10 poz. 1b

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji 1b igły 31G x 6 mm kompatybilne ze wszystkimi penami na rynku (op. 100 szt.)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 12 Pakiet nr 10 poz. 1e

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji 1e igły 30G x 8 mm kompatybilne ze wszystkimi penami na rynku (op. 100 szt.)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 13 Pakiet nr 13 poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczki pakowane zbiorczo po 100 szt. w kartonik, każda sztuka oddzielna, niezłączone ze sobą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane w kartoniku, każda sztuka oddzielnie, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 14 Pakiet nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

ZP-19-122UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 15 Pakiet nr 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 16 Pakiet nr 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści kieliszki o pojemności max. 30 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność max.30ml z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 17 Pakiet nr 10 poz. 1a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 29G 0,33x12,5mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 18 Pakiet nr 10 poz. 1b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 30G 0,33x8mm lub 31G 0,25x6mm

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 19 Pakiet nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z możliwością użytkowania do 600 aktywacji, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 20 Pakiet nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 21 Pakiet nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy do toalety pacjenta o naturalnym pH, antybakteryjne, hipoalergiczne, bezzapachowe, wstępnie nawilżone o wymiarach 15,5 x 21 cm (+/- 0,5cm), 125 GSM (g/m²), w składzie: nie wymagający splotkiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością substancji o działaniu p/bakteryjnym chlorku benzalkoniowego oraz pielęgnującym aloesu i witaminy E, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 rękawic. Instrukcja użycia w formie piktogramu oraz opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 22 Pakiet nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5, gotowa do użycia po aktywacji wodą, hipoalergiczna, Wierzchnia strona myłki wykonana z miękkiej włókniny Molton, impregnowanej mydłem w postaci biało-niebieskich pasków, spodnią warstwę stanowi włóknina typu Spunlance, Myjka jest obustronnie podfoliowana od wewnątrz co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość podczas mycia pacjenta. Wymiary : 16,5 cm x 23 cm (+/- 1 cm). Waga: 5,8 g. (+/- 0,1). Grubość myjki 3 mm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 23 Pakiet nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy myjka służąca do pielęgnacji pacjentów ma charakteryzować się gramaturą nie mniejszą niż 170g/m².

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ZP-19-122UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 24 Pakiet nr 14 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o określenie ilości zamawianych sztuk.

Odp.: Zgodnie z korektą SIWZ z dnia 31.10.2019r.

Pyt. 25 Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gotową do użycia, jednorazową gąbkę nasączoną 30 ml substancją myjącą oraz nawilżającą, nie zawierającą mydła. Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu, nie zawiera latexu. Zbalansowana formuła pH substancji myjącej zawiera wyciągi z roślin, nie wymaga spłukiwania i może być używana do całego ciała oraz okolic intymnych. Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzielalnego otwarcia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza gąbkę nasączoną 30ml substancji myjącej z zachowaniem pozostałych parametrów bez zamian.

Pyt. 26 Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gotową do użycia, jednorazową gąbkę zaimpregnowaną 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzielalnego otwarcia.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 27 Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pyt. 28 Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowe zawory dostępu żylnego z możliwością stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29 Pakiet nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przedłużki z podwójnym przedłużeniem-długość 21cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30 Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o objętości 30ml, podstawa kieliszka max 2,7cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność max. 30ml z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący średnicy podstawy kieliszka, ponieważ otwory w tacach na leki będące na wyposażeniu każdego Oddziału Szpitala, mieszczą kieliszki których średnica nie jest większa niż 2,5cm.

Pyt. 31 Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pyt. 32 Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zaworu bezigłowego z możliwością 7-dniowego użytkowania 1 zaworu i 600 dostepów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 33 Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga przedłużki do wenflonów o przepływie 167 ml/min?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 34 Pakiet nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga przedłużki z podwójnym przedłużeniem do wenflonów o przepływie 143 ml/min?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 35 Pakiet nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga przedłużki z potrójnym przedłużeniem do wenflonów o przepływie 145 ml/min?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 36 Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka kombi do wenflonów z trzpieniem poniżej krawędzi?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ZP-19-122UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 37 Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczka kombi do wenflonów pakowanego pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane w kartoniku, każda sztuka oddzielnie, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 38 Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczka kombi do wenflonów umożliwiającego uchwycenie o całkowitej długości 10 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 39 dotyczące umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego...” na „od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 40 dotyczące umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 41 dotyczące umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości netto **niezrealizowanej części umowy.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 42 dotyczące umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 6:

Kary umowne naliczone zgodnie z punktem 1 niniejszego paragrafu nie mogą przekroczyć łącznie **10%** wartości netto **niezrealizowanej części przedmiotu umowy.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Zamawiający informuje iż, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. (wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16)

Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. to on bowiem, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017r.; sygn. akt KIO 651/17).

„Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ.

Reasumując, jeżeli z treści pisma (tzw. „wniosku”) wynika, że celem wykonawcy nie jest uzyskanie wyjaśnienia treści SIWZ, zamawiający nie odpowiada na takie pismo. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca w piśmie żąda zmiany treści SIWZ.” Załącznik Nr 4 do SIWZ.

ZP-19-122UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY, PAKIET NR 4 Cewniki permanentne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestaw | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik permanentny, który musi umożliwiać stosowanie alkoholowych i innych środków do wypełnienia kanałów cewnika o działaniu przeciwnieinfekcyjnym i przeciwzakrzepowym. W zestawie do implantacji: cewnik, igła, tuneler tępo zakończony, 2 rozszerzacz, rozrywalna osłonka z zastawką, skalpel jednorazowy, prowadnica z obiema końcówkami elastycznymi. Cewnik permanentny do hemodializy z ramionami prostymi z końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia ramion. Cewnik permanentny o grubości 8, 9,10F i długości 14-18cm, co najmniej 3 różne długości. | 4 | | | | | | | |
| 2 | Cewnik permanentny, który musi umożliwiać stosowanie alkoholowych i innych środków do wypełnienia kanałów cewnika o działaniu przeciwnieinfekcyjnym i przeciwzakrzepowym. W zestawie do implantacji: cewnik, igła, tuneler tępo zakończony, 2 rozszerzacz, rozrywalna osłonka z zastawką, skalpel jednorazowy, prowadnica z obiema końcówkami elastycznymi. Cewnik permanentny do hemodializy z ramionami prostymi zapewniający przepływ powyżej 300ml/min, z końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia ramion o długości od mankietu do końca cewnika 19-45cm co najmniej 5 różnych długości, najdłuższy z oferowanych cewników nie krótszy niż 43cm. Rozmiar cewnika 14,5 – 15,5. | 200 | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | |

.....
Podpis Wykonawcy