



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 15, Nr sprawy: ZP-23-061UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 – Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 4 ust. 1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 4 ust. 1 wskazał: W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 10 lit. b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 14, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęto stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”. W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 4 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 1% wartości

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 2 – pakiet 2 Czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem w rozmiarze M, L, XL bez rozmiaru S?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 3: Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem w rozmiarze S, M dla dzieci, L, XL dla dorosłych. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.



Pytanie 4: Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maski anestetyczne w poniższych rozmiarach:

Rozmiar	Waga	Martwa przestrzeń
#5, duża	55,5g	250 ml
#4, średnia	51,0 g	220 ml
#3, mała	37,5 g	180 ml

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i nie dopuszcza rozwiązania równoważnego.

Pytanie 5: Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę z nebulizatorem w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych i dzieci o następujących parametrach?

Anatomicznie ukształtowana maska

Materiał PVC

Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami

Taśma mocująca na głowie

Pojemność nebulizatora 12 ml (skalowane co 2ml)

Dysza Venturiego

Błazka dopasowująca do nosa

Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A)

Produkt czysty mikrobiologicznie

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i nie dopuszcza rozwiązania równoważnego.