



Grudziądz, dnia 17.08.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sensorów do oksymetrii mózgowej na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/68/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawy sensorów do oksymetrii mózgowej na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/68/PN/23)*, wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie odłączalnego panelu przedniego umożliwiającego użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów na nie mniej niż 1 godzinę pracy, pozostałe parametry bez zmian..

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w powyższym zakresie jak poniżej.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawy sensorów do oksymetrii mózgowej na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/68/PN/23, w następującym zakresie:*

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 po modyfikacji jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

