

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
podinsp. Andrzej BORYCKI

.....  
Zatwierdzam

### Opis przedmiotu zamówienia

Kalibracja alkomatów Drager 6510 będzie polegać na ustaleniu relacji pomiędzy wartościami wskazywanymi przez badane urządzenie, a wartościami wskazywanymi przez wzorzec.

Będzie to porównanie zmierzonej wartości z prawidłową wartością w danych warunkach, udokumentowanie odchylenia, obliczenie niepewności pomiaru i utworzenie certyfikatu.

Adiustacja alkomatów Drager 6510 to czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu; zbiór czynności mających na celu ustawienie urządzenia (regulacja) tak, aby jego dokładność pomiarowa była zgodna z danymi technicznymi określonymi przez producenta. Adiustacja może być automatyczna, półautomatyczna lub ręczna.

STARSZY TECHNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*M. Plebanska*  
Martyna PLEBANSKA

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*M. Lewiński*  
mł. asp. Marek LEWIŃSKI