

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/23/22

Sucha Beskidzka, dnia 13.05.2022r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Dot. pakiet 10

Wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 10 produktów firmy EMED, tj. diatermii ES 400 40187 (poz.1) oraz SPECTRUM SSSS 500379 (poz.11), tworząc oddzielny pakiet dla wydzielonych diatermii.

Jednocześnie informujemy, że producentem w/w diatermii nie jest firma Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy.

Wnioskowana zmiana umożliwi złożenie oferty serwisowi autoryzowanemu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W opisie producenta nastąpił błąd.**

2. Dot. Umowa par.2 ust.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Wykonawca ujęty był w wykazie podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych. (Ustawa Art.90 ust.4)

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

3. Dot. SWZ - pakiet 10 (lub pakiety po ewentualnych wyłączeniach)

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy posiadania aktualnego upoważnienia (autoryzacji) od wytwórcy do świadczenia usług serwisowych, okazywanego na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania i zamówienia?

Ingerencja w aparaturę podmiotów i osób nieupoważnionych przez wytwórcę skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności producenta za produkt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

4. Dot. SWZ rozdz. IV pkt. 5

Prosimy o potwierdzenie, że formując zapis, że Wykonawca obowiązany jest powierzyć wykonywanie czynności objętych niniejszą umową wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach, a ponadto przeszkolonych w danej specjalności jeżeli jest to wymagane przez producenta, a producent diatermii Erbe wymaga, aby obsługa serwisowa dokonywana była wyłącznie przez wytwórcę lub osoby upoważnione/przeszkolone przez wytwórcę, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą/osobami posiadającymi udokumentowane upoważnienie w postaci certyfikatu przeszkolenia serwisowego wystawionego przez producenta lub innego upoważnienia wystawionego przez wytwórcę.

**Odp. Kryterium oceniane, zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt. 2C**

5. Dot. Pakiet 10 (lub pakiety po ewentualnych wyłączeniach)

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w trakcie trwania umowy okaże się, że sprzęt nie nadaje się już do naprawy bądź brak jest części zamiennych ze względu na jego wiek – dany sprzęt zostanie wyłączony aneksem z umowy bez konsekwencji dla wykonawcy.

**Odp. TAK.**

z poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski

Kierownik  
Działu Zarządzania Publicznymi  
mgr Sabina Steczek