



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
00000001137

Bolesławiec, 14 sierpnia 2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy Pzp na „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 26/PN/2023.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje dostawę produktów w systemie „home delivery”? Jeżeli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następujących zapisów regulujących sposób dostawy w systemie „home delivery”?

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Zamówienia na swój koszt i ryzyko do Apteki Zamawiającego – w celu weryfikacji zamówienia zgodnie z ust. 2 poniżej, a następnie dalszej dostawy do bezpośrednich odbiorców w systemie „home delivery”.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do Apteki Zamawiającego, gdzie nastąpi:
 - a) sprawdzenie przez pracownika Zamawiającego dokumentacji transportowej, sprawdzenie zgodności asortymentu z fakturą lub dokumentem WZ (zawierającym serię i datę ważności oraz ilości), dokonanie wizualnej oceny jakości i zgodności asortymentu,
 - b) wydanie towaru do dalszego transportu, a następnie Wykonawca dostarczy towar do bezpośrednich odbiorców (pacjentów) w terminie uzgodnionym między Zamawiającym i Wykonawcą.

Pytanie nr 2

Urządzenia ADO dostarczane przez Wykonawcę, mogą pracować w trybie online, umożliwiając Zamawiającemu korzystanie z systemu zdalnego zarządzania terapią („Portal kliniczny”). Czy Zamawiający przewiduje możliwość użytkowania ww. urządzeń z wykorzystaniem takiego systemu?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zamawiający przewiduje dostawę produktów w systemie „home delivery” tym samym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy następujących zapisów regulujących sposób dostawy w systemie „home delivery”:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Zamówienia na swój koszt i ryzyko do Apteki Zamawiającego – w celu weryfikacji zamówienia zgodnie z ust. 2 poniżej, a następnie dalszej dostawy do bezpośrednich odbiorców w systemie „home delivery”.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do Apteki Zamawiającego, gdzie nastąpi:
 - a) sprawdzenie przez pracownika Zamawiającego dokumentacji transportowej, sprawdzenie zgodności asortymentu z fakturą lub dokumentem WZ (zawierającym serię i datę ważności oraz ilości), dokonanie wizualnej oceny jakości i zgodności asortymentu,
 - b) wydanie towaru do dalszego transportu, a następnie Wykonawca dostarczy towar do bezpośrednich odbiorców (pacjentów) w terminie uzgodnionym między Zamawiającym i Wykonawcą.

Pytanie nr 2

Urządzenia ADO dostarczane przez Wykonawcę, mogą pracować w trybie online, umożliwiając Zamawiającemu korzystanie z systemu zdalnego zarządzania terapią („Portal kliniczny”). Tak, Zamawiający przewiduje możliwość użytkowania urządzeń ADO z wykorzystaniem systemu pracującego w trybie online, umożliwiającemu korzystanie Zamawiającemu z systemu zdalnego zarządzania terapią („Portal kliniczny”).

Pytanie nr 2

Pytanie 1- Zadanie 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zamiennie stosowania różnych rozmiarów cewników 42 cm i 57 cm w zależności od potrzeby Oddziału Nefrologicznego z wyłączeniem rozm. 62 cm z powodu braku dostępności w naszej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennie stosowanie różnych rozmiarów cewników 42 cm i 57 cm w zależności od potrzeby Oddziału Nefrologicznego z wyłączeniem rozm. 62 cm