



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Dotyczy: Zam. 42/2023/TP/DZP „Dostawa inkubatora laboratoryjnego, spektrofotometru, kardiomonitora, szkieletu człowieka do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi nr 2 udzielonych pismem nr Ldz. 183/2023/DZP w dniu 16.02.2023 r. . Sprostowanie dotyczy odpowiedzi udzielonych na pytanie nr 2, nr 7, nr 8 – **dotyczy części nr 3: kardiomonitor dla konia:**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dedykowany do monitorowania zwierząt w tym koni i wyposażony w pomiar oddechów w zakresie od 0 do 150 oddechów/min z dokładnością +/-2 oddechy? Jest to wystarczający zakres do pomiaru ilości oddechów u zwierząt, a w szczególności u koni.

Odpowiedź.

Nie, zakres pomiarowy oddechów powinien wynosić 0-200/min.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dedykowany do monitorowania zwierząt w tym koni i wyposażony w inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) w zakresie od -50 do +300 mmHg?

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający dopuszcza kardiomonitor dedykowany do monitorowania zwierząt w tym koni i wyposażony w inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) w zakresie od -50 do +300 mmHg

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dedykowany do monitorowania zwierząt w tym koni i wyposażony w dotykowy ekran LCD 12,1” zdolny do wyświetlenia aż 13 krzywych i o szerokim kącie widzenia oraz wykonany w technologii rezystancyjnej (bez obsługi gestów), ale pozwalający na bezproblemową obsługę urządzenia w rękawiczkach jednorazowych? Jest to potencjalnie lepsze rozwiązanie podczas przeprowadzania zabiegów medycznych.

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dedykowany do monitorowania zwierząt w tym koni i wyposażony w widoczny wyświetlacz alarmowy w zakresie frontu i boków urządzenia z rozróżnieniem kolorystycznym typów alarmów (techniczne, życiowe itd.) oraz dźwiękowym stopnia alarmowania (niski, średni, wysoki)?

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dedykowany do monitorowania zwierząt w tym koni o wymiarach – 32,8 x 28,5 x 15,8 [cm] i wyposażony w uchwyt do przenoszenia? Jest to minimalna różnica (o 1,8 cm w jednym wymiarze) względem aktualnie wymaganej.

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zakresem pomiaru oddechu minimum w zakresie 0-150 oddechów na minutę? Zakres taki jest fizjologicznie wystarczający do pomiaru oddechu u konia. Wymóg pomiaru oddechu do 200 oddechów na minutę ogranicza konkurencję, jest on charakterystyczny dla kardiomonitorów tylko jednego producenta- firmy Mindray.

Odpowiedź.

Fizjologiczny zakres oddechów u dorosłego konia faktycznie mieści się w podanym zakresie. Natomiast zakres ten jest za niski w przypadku konia chorego, a tym bardziej chorego źrebięcia, gdzie liczba oddechów może wzrosnąć do 180/min. W związku z powyższym zakres pomiarowy oddechów powinien wynosić min. 0-200/min (aby pomiar w przypadku takiego zwierzęcia nie znajdował się na granicy pomiaru sprzętu albo przekraczał jego możliwości).

Na rynku dostępnych jest kilka kardiomonitorów dla tzw. dużych zwierząt, których zakres to 200 lub więcej oddechów/min. Nieprawdziwą jest informacja, że wnioskodawca ogranicza w ten sposób konkurencję.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zakresem pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi w zakresie minimum od 10 do 270 mmHg? Taki zakres jest fizjologicznie uzasadniony w przypadku pomiaru u konia. Zakres do 290 mmHg charakteryzuje jednego oferenta – firmę Mindray.

Odpowiedź.

Tak jak w pytaniu nr 6, istnieje ryzyko, że w przypadku chorego konia lub raczej źrebięcia ciśnienie krwi przy pomiarze nieinwazyjnym przekroczy proponowane parametry (czyli 270 mmHg). Z tego powodu, Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie.

Również tak jak w przypadku odpowiedzi na pytania nr 6 na rynku dostępnych jest kilka kardiomonitorów dla tzw. dużych zwierząt, których zakres spełnia podane we wniosku wymagania. Nieprawdziwą jest informacja, że Zamawiający ogranicza w ten sposób konkurencję.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zakresem pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi w zakresie minimum od -50 do 300 mmHg?

Odpowiedź.

Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z zakresem pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi w zakresie minimum od -50 do 300 mmHg

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta o wymiarach maksymalnie 335x366x172 mm?

Odpowiedź.

Nie, proponowany kardiomonitor jest za duży.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta o wymiarach maksymalnie 323x281x157 mm?

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z funkcją sterowania minimum za pomocą ekranu dotykowego i szerokim kątem widzenia?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
/podpisano elektronicznie/

Odpowiedzi udzieliła: dr hab. Anna Rapacz-Leonard

Sporządziła: Barbara Drozd