



REGON: 910858394

NIP: 8921296985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP -14/1/2025

Nasza data: 12.11.2025 r.

Ogłoszenie nr 2025/BZP Ogłoszenie nr 2025/BZP 00516891/01 z dnia 2025-11-05

Termin składania ofert: 14.11.2025 r. godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy
postępowania przetargowego
ZP/TP- 14/2025

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 7 listopada 2025 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego :
pn. „Zakup i dostawa Sterylizatora parowego „

Dotyczy postępowania- Zakup i dostawa sterylizatora parowego

ZNAK SPRAWY: ZP/TP- 14/2025

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków przetargu zwracamy się z pytaniem:

Dotyczy- Parametry techniczne do zakupu sterylizatora parowego, przelotowego 4 JS – 1szt. dla SPZOZ w Rypinie

1. Dot. poz. 6- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie występujące i większej ilości producentów w postaci izolacji za pomocą materiałów izolacyjnych zabezpieczonych arkuszami blachy, zgodnie z wymaganiami UDT i PN EN 285. ? Oferowane urządzenia umożliwią inspekcję spawów podczas próby wodnej a niezależnie od użytego rozwiązania izolacyjnego przy wykonywanym raz na 10 lat badaniu UD jest obecny serwis dokonujący demontażu izolacji. Zapis wskazuje jednoznacznie na rozwiązanie stosowane wyłącznie u jednego producenta sterylizatorów parowych.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ w opinii Zamawiającego zastosowanie łatwo zdejmującej się tkaniny podczas inspekcji UDT jest rozwiązaniem wygodniejszym z uwagi na brak konieczności zdejmowania blach pokrywających komorę
2. Dot. poz. 19- Czy Zamawiający dopuści ekran o przekątnej 5.6” na którym prezentowane są wszelkie niezbędne informacje odnośnie procesu sterylizacji oraz obsługi urządzenia.
ODPOWIEDŹ; Zamawiający nie dopuszcza. Zastosowanie ekranu o przekątnej min. 7 cali jest wygodniejsze i bardziej czytelne do prezentacji danych na wyświetlaczu
3. Dot. poz. 24- Prosimy o dopuszczenie wydruku alfanumerycznego na standardowo używanej w większości urządzeń medycznych drukarce panelowej o szerokości druku 56 mm z możliwością wydruku kolorowych raportów z wykresami w formacie A4
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Z posiadanej przez Zamawiającego wiedzy większość producentów sterylizatorów stosuje drukarki o szerokości papieru powyżej

105mm. Proponowane przez Państwa rozwiązanie o połowę mniejszej szerokości papieru od wymaganej stanowi znaczące obniżenie wymagań.

4. Dot. poz. 26- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do wymaganego, które jest prezentowane w inny sposób – w postaci listy podzespołów z możliwością ręcznego uruchomienia – przy czym lista ta (lub schemat dostępny w programie serwisowym) wykorzystywana jest wyłącznie przez autoryzowany i przeszkolony personel techniczny, nie ma wpływu na codzienne użytkowanie urządzenia ani na realizowane procesy sterylizacji?

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 99 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia powinien określać wymagania funkcjonalne i techniczne, a nie narzucać konkretnych rozwiązań producenta lub procedur serwisowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

5. Dot. poz. 27- Czy Zamawiający dopuści 3 poziomy dostęp tj, serwis-użytkownik-kierownik ?

ODPOWIEDŹ: Min. 4 poziomy dostęp pozwalają na umieszczenie np. na poziomie 3 szerszej diagnostyki i możliwość likwidacji nieprawidłowości przez przeszkolonego w szerszym zakresie użytkownika

6. Dot. poz. 31- Czy Zamawiający dopuści 2 manometry po stronie załadowniczej i wskazania na wyświetlaczu sterownika ?

ODPOWIEDŹ: Zastosowanie trzech niezależnych wskaźników ciśnienia w płaszczu wytwornicy i komorze pozwala na pełniejszą kontrolę przestrzeni ciśnieniowych w urządzeniu.

7. Dot. poz. 43- Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wysokowydajny i tańszy w utrzymaniu oraz zgodny z normą PN EN 285 układ próżniowy redukujący zużycie wody oraz charakteryzujący się niską głośnością pracy ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

8. Dot. poz. 46- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wym.: szerokość 996 mm wysokość 1954 mm głębokość 1336 mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie ma możliwości zwiększenia głębokości urządzenia do 1336 mm (tj. 34 cm więcej od wymaganej)

9. Dot. poz. 47- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 41kW?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Proponowana wyższa moc wymuszałaby modernizację linii zasilającej wraz z zabezpieczeniami (zbyt mały przekrój przewodu w istniejących liniach zasilania)

10. Dot. poz. 51- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia wymóg spełniania dyrektywy, która nie jest już aktem obowiązującym? Obecnie obowiązującą regulacją dla wyrobów medycznych jest **Rozporządzenie (UE) 2017/745 (MDR)**, które zastąpiło Dyrektywę 93/42/EWG (MDD).

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli zgodność z aktualnie obowiązującym **MDR 2017/745?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza i podtrzymuje zapisy w opisie przedmiotu zamówienia

11. Dot. poz. 53- W związku z zapisem dotyczącym wykonania prac adaptacyjnych niezbędnych do wprowadzenia i montażu urządzenia (hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych), prosimy o doprecyzowanie:

1. Czy Zamawiający dysponuje stacją uzdatniania wody (SUW) – jeżeli tak, jaka jest jej wydajność?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dysponuje SUW o wydajności do 290l/h magazyn wody demi 1000l
2. Z jakiej odległości od miejsca montażu należy doprowadzić instalację zasilającą?
ODPOWIEDŹ: Zasilanie dostępne w miejscu montażu z poprzedniego działającego sterylizatora parowego prod. SMS AS 666 (po uprzedniej modernizacji przyłącza)
3. Czy w miejscu instalacji dostępne jest sprężone powietrze bezolejowe o ciśnieniu 6 bar?
ODPOWIEDŹ: dostępność sprężonego, bezolejowego powietrza o ciśnieniu 5,5, bara

Z poważaniem
DYREKTOR
SP ZOZ w Rypinie
Monika Trynieszewska - Skarżyńska