



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.12.2024 r.

DZP-47/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie III

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 poz.1** – Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, (**prosty**) zamykająco-tnący, automatyczny o długości linii szwu 43mm spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 poz.2** – Stapler okrężny, zakrzywiony z płytą regulacją kompresji tkanki w zakresie od 1-2,3mm, średnica główki 21,25,28,32mm wysokość zszywki 5mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr poz.3** – Stapler liniowy jednorazowego użytku, z automatycznym dociskiem, z automatyczną kompresją tkanki do tkanki standardowej wysokości zszywki 3,8 mm do tkanki grubej wysokość zszywki 4,5 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek o efektywnej długości zespolenia 60 mm. Z automatyczną iglicą zabezpieczającą przed wysunięciem się tkanki i automatycznym zamkiem w rękojeści, blokującym rękojeść po wyzwoleniu ładunku, dwie dźwignie zamykająca i spustowa oraz przycisk otwierający. Dźwignia zamykające posiada pośrednią pozycję kompresji tkanki?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Zawarcia umowy

Wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub w trybie z podpisem elektronicznym? Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odp.: Zamawiający wymaga podpisania umowy w trybie korespondencyjnym oraz przesłania umowy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podpisał:

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie