

Przegląd dygestoriów zgodnie z aktualną normą EN 14175

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przegląd obejmuje 4 dygestoria zlokalizowane w Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie na Oczyszczalni Ścieków „Łyna „ ul. Leśna 9 oraz 1 zlokalizowane w Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a

- Dygestorium Köttermann Rok produkcji 1998, objętość 1,21 m³. Dygestorium posiada wentylowaną szafkę do przechowywania kwasów i zasad.
- Dygestorium IRMECO IRREK Rok produkcji 2002, objętość 0,98 m³.
- Dygestorium IRMECO IRREK Rok produkcji 2002, objętość 1,08 m³.
- Dygestorium Köttermann Rok produkcji 2016, objętość 1,21 m³
- Dygestorium Polon Poznań Rok produkcji 2019, 1,64 m³

Przegląd powinien obejmować sprawdzenie

- Zawieszenia okna przesuwne i ogranicznika otwarcia okna
- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania zespołów mechaniczno-elektrycznych
- Badania natężenia przepływu powietrza odciągane
- Określenie ilości wymian powietrza w jednostce czasu
- Pomiar natężenia oświetlenia (w razie potrzeby wymiana świetlówek)
- Badanie instalacji alarmowej (w przypadku 3 dygestoriów)
- Świadectwo sprawdzenia powinno zawierać dane o spójności pomiarowej, warunkach i metodzie przeprowadzenia sprawdzenia,