

Załącznik nr 1 do SWZ

6. Platforma dynamometryczna z oprogramowaniem- 1 sztuka ZMIANA

Nazwa handlowa: Producent:

Model: Rok produkcji:

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych
1.	Przenośna dwupłytkowa platforma dynamometryczna z rozłącznym podestem połączonym z barierką zabezpieczającą
2.	Dostępne testy: przenoszenie obciążenia, testy chodu, wstawiania oraz skoków
3.	Automatyczny zapis danych diagnostycznych w oprogramowaniu sterującym platformą
4.	Interaktywny trening stabilności posturalnej, równowagi, dystrybucji obciążeń oraz koncentracji
5.	Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń
6.	Modyfikacja i tworzenie własnych szablonów ćwiczeń
7.	Tworzenie testów pozwalających na ocenę ruchu składającego się z kilku faz
8.	Ćwiczenia wykonywane za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.
9.	Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształcenie: podzielność uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów oraz kształtowania prędkości
10.	Sterowanie działaniem platformy z jednostki centralnej
11.	Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB zapisującej m.in. obraz podczas prowadzenia diagnostyki
	Wyposażenie:
12.	Stojak na kółkach – 1 szt.
13.	Monitor dla pacjenta min. 42’’
14.	Monitor dla terapeuty min. 20’’
15.	Klawiatura i mysz do obsługi komputera
16.	Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny (kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego: Windows 10), 32 lub 64 bit - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz - Pamięć min. 8 GB RAM - Karta graficzna zgodna min. z DirectX 10 - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza min.: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Współpraca z kamerą podłączoną do USB
17.	Klucz licencyjny