

Szczecin, dnia 04.02.2022 roku

Sprawa: A.272.1.2022

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.1.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2022”*

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1: *(dotyczy: Pakiet 6, poz.95,108,115)*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 95, 108 i 115 podłoży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 2: *(dotyczy: pakietu nr 6, poz. 103)*

Czy Zamawiający w pozycji nr 103 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża Columbia agar + 5% krwi baraniej o poniższym składzie:

Skład w g/l wody destylowanej:

Enzymatyczny hydrolizat kazeinowy 5,0 g

Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 8,0 g

Wyciąg drożdżowy 10,0 g

Agar 14,0 g

Chlorek sodu 5,0 g

Skrobia kukurydziana 1,0 g

Odwłókniona krew barania 50 ml

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: *(dotyczy: pakietu nr 6, poz. 103)*

Czy Zamawiający w pozycji nr 103 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża AGAR Z KRWIĄ BARANIĄ ZGODNIE Z ISO 11290-1:2017 ORAZ 11290-2:2017 o poniższym składzie:

Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 15,0 g

Enzymatyczny hydrolizat wątroby 2,5 g

Ekstrakt drożdżowy 5,0 g

Agar 15,0 g

Chlorek sodu 5,0 g
Odwłókniona krew barania 50 ml

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4: (dotyczy: pakiet nr 6, poz.103)

Czy Zamawiający w pozycji nr 103 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności minimum 5 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 5: (dotyczy: pakiet nr 6, poz.105-107)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 105-107 podłoży z terminem ważności minimum 8 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 6: (dotyczy: pakiet nr 6, poz.117)

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycji nr 117 podając w składzie podłoża „czerwień obojętna – 0,0025” zamiast „czerwień obojętna – 0,025”?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, do formularza wkradła się omyłka pisarska. Zamawiający wprowadzi korektę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 7: (dotyczy: pakiet nr 9, poz.129)

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 129 produkt z terminem ważności 6 m-ce od dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 8: (dotyczy: pakiet nr 9, poz.130)

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 130 produkt z terminem ważności 15 m-ce od dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 9: (dotyczy: pakiet nr 9, poz.131)

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 131 produkt z terminem ważności 12 m-ce od dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 10: (dotyczy: pakiet nr 15, poz.147)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu w butelce 100 ml? Producent podłoży wycofał z oferty powyższy produkt w probówce. Wyrażenie zgody umożliwi złożenie oferty. Jeśli tak, to jaką ilość butelek 100 ml Zamawiający wymaga.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 11: (dotyczy: wzór umowy)

Zwracamy się z prośbą o zmianę kary umownej z 10% wartości brutto zamówionej partii towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jej niezgodności na 5% wartości brutto zamówionej partii towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jej niezgodności.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody.