

Znak: ZOZ.V.010/DZP/34/22

Sucha Beskidzka dnia 26.05.2022r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici, siatek i staplerów chirurgicznych.

Znak: ZOZ. V.010/DZP/34/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki dootrzewnowej, antyadhezyjnej, separującej, miękkiej, niewchłanialnej, jednowarstwowej, dwuskładnikowej wykonanej z przędzy wielowłóknowej z politereftalanu etylenu (PET - poliester), pokrytej z jednej strony niebieską powłoką antyadhezyjną z poliuretanu (PUR). , która zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, siatka w postaci trójwymiarowej nadająca się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatki: 1,38mm, gramatura średnia: 184g/m<sup>2</sup>, porowatość strona trzewna 1,4%, porowatość strona ścienna 55%, wielkość porów 2,58 x 1,63 mm, z oznaczeniem strony implantacji (szwy kierunkowe), z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu w rozmiarze 15 x 20 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Bączewski

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek