



Wejherowo, dnia 21.09.2023 r.

D.25C/250/ 688 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/252/N/21-59rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

dot. ZAŁĄCZNIK nr 6 do SWZ - Zadanie nr 3 - Mobilny, przenośny ultrasonograf

Czy Zamawiający dopuszcza:

1) PKT.7 - liczbę niezależnych kanałów przetwarzania - 16 384 ?

2) PKT.8 - wartość zakresu dynamiki - 96 dB ?

Odpowiedź Zamawiającego:

ad. 1) Zamawiający dopuszcza.


ad. 2) Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca oferując asortyment o dopuszczonym parametrze odmiennym od zapisanego pierwotnie w SWZ jest zobowiązany podać tę informację w załączniku nr 6 do SWZ w odpowiedniej rubryce, powołując się na nr nn pisma.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Małżena Magulska