



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych – zestaw do punkcji optucnej, ZNAK SPRAWY: ZP-24-012BN

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze z.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do bezpiecznej punkcji optucnej lub otrzewnej o składzie:

- bezpieczna igła Veressa 13G / długość 10,5 cm (sygnalizująca za pomocą zielonego wskaźnika w uchwycie igły moment wejścia do jamy optucnej/otrzewnej), zakończona łącznikiem luer-lock
- układ automatycznych zastawek jednokierunkowych, możliwość obejścia zastawek i zastosowania różnych metod drenażu (np. grawitacyjnego, z podłączeniem mieszków ciśnieniowych)
- linia przedłużająca (przedłużka) pomiędzy układem automatycznych zastawek jednokierunkowych, a igłą Veressa
- strzykawka luer-lock 60 ml
- worek 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym
- skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem przed zaktuciem.

Poniżej poglądowe zdjęcie zestawu.



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 2 Pakiet 1 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści bezpieczny zestaw do punkcji optucnej z igłą Veressa 15G z zaokrągloną, bezpieczną, automatycznie cofającą się końcówką, z 2l workiem do drenażu z zaworem spustowym, trójdrożnym kranikiem, drenem o długości 100mm, igłą o dł. 100mm, strzykawką 60ml., sterylny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, swoje wymagania określił w SWZ.