

Sochaczew, dnia 01.10.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.34.D.2024

Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „**dostawę newszczepialnego sprzętu jednorazowego i newszczepialnych wyrobów medycznych**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

**Pytanie 1. Dotyczy zadanie 5 – poz. 1.** Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować endoprotezy typ proste do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych w rozmiarach 7Fr, 8,5Fr, 10Fr, 11,5Fr, sterylne?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 2. Dotyczy wzoru umowy § 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 ustępu o następującej treści: W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od daty wymagalności, Wykonawca do momentu uregulowania należności ma prawo wstrzymać realizację zamówień”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 3. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umowny z 1% na 0,5%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 4. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązywanie się ze swych zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części z wyłączeniem możliwości zastosowania kar umownych.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 5. Dotyczy zapisów umowy.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 6.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 6:

2. Za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad zgodnie z pkt I ppkt.2 załącznika nr 2 do umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia, liczoną za każdy dzień zwłoki.



6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% niezrealizowanej** wartości zamówienia określonej w § 3 ust. 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 7:** Zadanie 58. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie endoprotez o średnicach: 7F, 8,5F, 10F i 11,5F.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia próbek w przypadku gdy oferowane protezy są dostarczane do ZOZ w Sochaczewie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 9: Zadanie 2, pozycja 1-11.** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z możliwością utrzymania do 7 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 10: Zadanie 2, pozycja 12-15.** Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z medycznego PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 11: Zadanie 2, pozycja 14.** Czy Zamawiający dopuści cewniki pępowinowe w poniższych rozmiarach?

ROZMIAR/  
DŁUGOŚĆ

CH 4 / 40 cm

CH 5 / 40 cm

CH 6 / 40 cm

CH 8 / 40 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 11: Zadanie 4, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści drenaż Redona w rozmiarze od CH8 do CH18?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem