

„ZATWIERDZAM”

Wrocław, 15.12.2016 r.

NACZELNIK
Wydziału Zaopatrzenia
KWP we Wrocławiu
p.o.
podinsp. Dariusz Antonowicz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

OZNACZENIE SPRAWY:

M-II-2310-49/2016

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80
REGON: 930 156 216

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Janusz Przemysław – Tel. 71 340 37 35
Natalia Wleciał – Tel. 71 340 34 35

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rękawiczki nitrylowe jednorazowe diagnostyczne w ilości 15 opakowań dla BSW KGP.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE WYPOSAŻENIA:

Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, niepodudrowane, niezawierające lateksu, syntetyczne i hipoalergiczne. Oburęczne, z krótkim mankietem - pasują na lewą i prawą dłoń, zachowujące swobodę poruszania palcami. Porowate końcówki palców zapewniające pewny chwyt i wycucie. Powierzchnia teksturowana na końcach palców o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej. Spełniająca wymagania normy EN-455-1-2-3, EN-388. Zaklasyfikowane do kategorii III zgodnie z normą EN-374. Równomiernie rolowany brzeg. Kolor: jasnoniebieski (błękit) lub fioletowy. Długość wg EN 455-2: minimum 240 mm. Jakość wg EN 455-1: AQL w przedziale 1,0-1,5 na I poziomie kontroli. Okres przechowywania gwarantujący jakość: minimum 3 lata zgodnie z normą EN:ISO 13485 lub DIN 7716, ISO 2230 lub inną równoważną normą. Rękawice posiadające deklarację zgodności WE [znak CE]. Opakowanie: a = 100 sztuk = 50 par.

ROZMIARY:

XL – 10 opakowań, L – 5 opakowań

DOSTAWA:

Maksymalnie do dnia 28.12.2016 roku

