

**Nazwa postępowania: „Dostawa przewijaka dla osób
z niepełnosprawnościami na potrzeby ZCK dla LOF”**

Opis Przedmiotu Zamówienia	
Ilość (w sztukach)	1
Cel	Zapewnienie przewijaka pielęgnacyjnego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku użyteczności publicznej
Szerokość	min. 70 – max. 100 cm
Wysokość	min. 117 – max. 140 cm
Długość	180 cm
Dopuszczalne obciążenie	min. 200 – max. 250 kg
Opis	Przewijak pielęgnacyjny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku użyteczności publicznej, wymiary: wysokość: min. 117 – max. 140 cm, długość: 180 cm, szerokość: min. 70 – max. 100 cm, dopuszczalne obciążenie min. 200 – max. 250 kg, elementy do mocowania i instrukcja w zestawie, podłączenie do gniazda 230 V, urządzenie z elektryczną regulacją wysokości (w przedziale 40-100 cm) za pomocą pilota na stałe połączonego z urządzeniem w celu zapobiegnięcia jego zagubieniu, materiał leżanki łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, wygodny dla użytkownika, osłona bezpieczeństwa na krawędzi zewnętrznej, możliwość złożenia do ściany, gdy nie jest używane, wykonane ze stali nierdzewnej, stali powlekanej, aluminium, kolor przewijaka biały, kolor siedziska jasny szary
Gwarancja	24 miesiące
Miejsce dostawy	Miejsca wskazane przez Zamawiającego: budynek socjalno-techniczny ul. Krochmalna 8e w Lublinie