

WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

Dostawa mikrotomu rotacyjnego z łaźnią wodną i płytą chłodzącą - 1 kpl. (ID 690476)

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1

Zamawiający we wzorze umowy wskazał w §4, że Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą, a jednocześnie w zapisach zapytania wskazał, że ww. dokumenty należy dostarczyć wraz z ofertą. Prosimy o ujednoczenie zapisów i wskazanie, kiedy należy dostarczyć dokumenty rejestrowe.

Odpowiedź : zgodnie z IWZ

Pytanie nr 2

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź : zgodnie z IWZ

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź : zgodnie z IWZ

Pytanie nr 4

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6 mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5% niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź : zgodnie z IWZ

Pytanie nr 5

W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 6 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.

Odpowiedź : zgodnie z IWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonjunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź : zgodnie z IWZ

Pytania handlowe:

Dotyczy punktu 4

Prosimy o dopuszczenie dodatkowego wysuwu głowicy z preparatem z możliwością wyboru dowolnej wielkości przesuwu wyrażonej w mikromach (chyba powinno być mikronach) realizowanej poprzez dodatkowe pokrętko umieszczone po lewej stronie mikrotomu jest to parametr równoważny do opisanego

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 7

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z dźwiękową i wizualną sygnalizacją osiągnięcia początku oraz końca wysuwu głowicy. Jest to parametr równoważny do opisanego

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 10

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z możliwością umieszczenia preparatu (błoczek) w uchwycie w pozycji poziomej i pionowej. Jest to parametr równoważny do opisanego

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 17

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z możliwością regulacji funkcji trymowania w zakresie od 1 μm do 600 μm . Jest to parametr równoważny funkcjonalnie ze względu na brak większego zastosowania dla nastaw powyżej 600 μm .

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 18

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z zakresem regulacji trymowania Ustawianie wartości w krokach:

- od 1 - 10 μm co 1 μm ;
- od 10 - 20 μm co 2 μm ;
- od 20 - 50 μm co 5 μm ;
- od 50 - 100 μm co 10 μm ;
- od 100 - 600 μm co 50 μm ;

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 22

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z funkcją pamięci jednej pozycji położenia głowicy z automatycznym przesuwem do zapamiętanego położenia. Jest to parametr równoważny funkcjonalnie

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 23

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z funkcją retrakcji w zakresie 5–100 μm z możliwością jej wyłączenia. Jest to parametr równoważny funkcjonalnie

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 25

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z możliwością mocowania nożyków nisko profilowych

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 26

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z regulacją kąta natarcia noża od 0 do 10 stopni. Jest to parametr równoważny funkcjonalnie wynikający z konstrukcji urządzenia.

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 30

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z dwoma niezależnymi hamulcami koła napędowego jednym umieszczonym pod kołem napędowym i drugim na kole napędowym u nasady rączki z ergonomicznie umiejscowionym przyciskiem pod kciuk.

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 39

Prosimy o dopuszczenie łąźni z zewnętrznymi wymiarami zbiornika 22 (dł.) x 18 (szer.) x 6 (wys.) cm

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 50

Prosimy o odstąpienie od wymogu menu w j. polskim w przypadku łąźni nie posiadającej menu tekstowego

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy punktu 56

Prosimy o dopuszczenie chłodzenia obszaru roboczego do - 12°C

Odpowiedź : NIE, zgodnie z IWZ

Dotyczy punktu 56

Prosimy o dopuszczenie chłodzenia obszaru roboczego do - 20°C

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza, w tabeli technicznej powinno być min. - 15°C

Dotyczy punktu 59, 60

Prosimy o dopuszczenie płyty chłodzącej bez wyświetlacza we frontowej części urządzenia

Odpowiedź : zgodnie z IWZ

Dotyczy punktu 59

Prosimy o dopuszczenie wyświetlacza LCD

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)