



Znak sprawy: **TZ.252.1.17.2021**
l.dz. WPR/2150/04/2021/W

Katowice, dn. 23.04.2021

Wszyscy Zainteresowani

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”. Znak sprawy: WPR/TZ/252/ZP/10/2021.

- I. Na podstawie art. 284 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Dot. wzoru umowy §6 ust. 5- dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzanie serwisów gwarancyjnych, naprawy i przeglądów gwarancyjnych po za siedzibą użytkownika sprzętu, jeśli Wykonawca na własny koszt np. kurierem odbierze asortyment wymagający naprawy ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie serwisu poza siedzibą Zamawiającego - zgodnie z par. 6 ust. 6 projektu umowy, dopuszczalne jest prowadzenie serwisu i napraw poza siedzibą Zamawiającego, pod warunkiem odebrania sprzętu i jego dostarczenia po naprawie na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Dot. wzoru umowy §6 ust. 5- dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzania przeglądów serwisowych, jeśli producent zaoferowanego asortymentu ich nie wymaga.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów poza autoryzowanym serwisem, pod warunkiem że odstąpienie od tego wymagania nie wpłynie na uprawnienia wynikające z gwarancji i zostanie to potwierdzone przez producenta sprzętu

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

(lub w dokumentach od niego pochodzących. Zamawiający podkreśla, że gwarancja udzielona na mocy umowy jest zobowiązaniem niezależnym od gwarancji producenta i wykonawca winien wywiązać się z obowiązków w okresie gwarancyjnych nawet w przypadku gdyby producent lub autoryzowany serwis odmówił wykonania serwisu i napraw w ramach gwarancji udzielonej przez producenta.

II. Odpowiedź stanowi integralną część SWZ i będzie wiążąca podczas terminu składania ofert.

Sporządzili:
Anna Kasza
Marta Korus

Akceptowała:
Karina Przybyła

~~ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach~~

Dariusz Krawczyk

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162