

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/54/22

Sucha Beskidzka, dnia 20.07.2022r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego Dostawa łóżek szpitalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego na podstawie UMOWY nr 13/WZ/2022.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Łóżko szpitalne - 15 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające deklarację zgodności ze znakiem CE?  
**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
2. Opis przedmiotu zamówienia nie określa konstrukcji łóżka. Czy zatem, aby otrzymać oferty łóżek spełniających wszelkie kryteria nowoczesności i bezpieczeństwa, Zamawiający wniesie wymóg takiej konstrukcji łóżka, w której rama ukryta jest pod segmentami leża (tzw. rama wewnętrzna)?  
Uzasadnienie: W tym rozwiązaniu rama, ponieważ znajduje się pod segmentami leża, nie poszerza sztucznie łóżka i nie tworzy z leżem bardzo niebezpiecznego mechanizmu „nożyc” mogących zmiażdżyć rękę, jeśli znajdzie się ona przypadkowo na ramie w chwili gdy ktoś obniży segment oparcia pleców.  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu powłoki lakierniczej z potwierdzeniem iż stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.**
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające listwy stanowiącej tunelu dla przewodów zasilających siłowniki?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a całym podwoziem 110 mm, która to przestrzeń w zupełności wystarczy dla łatwego przejazdu przez progi i wjazdu do dźwigów osobowych?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem wynosząca 145 mm na długości 1300 mm?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające wymiary leża 850 x 2000 mm?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające wymiary zewnętrzne 2180 mm?  
**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko nie posiadające gniazda wyrównania potencjału?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z zakresem regulacji przechyłów wzdłużnych w zakresie 14° stopni? Parametr ten w minimalnym stopniu odbiega od wymaganego.  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko nie posiadające automatycznego zatrzymywania w pozycji poziomej, łożko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające pilot z możliwością blokady za pomocą kluczyka ?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem siedziska, oznaczona kolorem czerwonym?  
**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko nie posiadające alternatywnego napędu tj. dźwigni CPR umożliwiającej mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające leże wypełnione panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV.  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko posiadające w leżu panele mocowane na stałe?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko nie posiadające otworów w płytach do montażu pasów unieruchamiających?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko które posiada stalowe uchwyty na pasy pod ramą leża zamiast otworów w płytach w leżu?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko bez możliwości wydłużenia leża?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**
- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne wykonane z 3 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm? Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52  
**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża poprzez odciążenie zwalnicza a następnie pochylenie barierki, a

rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem? Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające wysuwanej półki do odkładania pościeli?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające krążki odbojowe talerzowe?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające cztery krążki odbojowe dwuosiove zamiast stożkowych?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z indywidualną blokadą kół?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z kołami o średnicy 125 mm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę której korpus wykonany jest z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo ?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z czołami szuflad które wykonane są z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w reling ze stali nierdzewnej?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę składającą się z szuflady i półki zamykanej drzwiczkami a pomiędzy półka na prasę?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą półkę na prasę o wys. 105 mm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytu na szklankę?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**

26. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową posiadającą pomiędzy szufladami półkę na prasę o wysokości 154 mm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

27. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

28. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową w której szuflada dolna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową z szufladą dolną z uchwytem na butelki bez możliwości jego demontażu?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

29. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową o głębokości 445 mm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

30. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu bocznego umieszczonym w górnej metalowej części – podporze blatu, w postaci przycisku, nie wymuszając konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową w której wspornik blatu bocznego osłonięty jest prostokątną osłoną wykonaną z aluminium?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową w której boczne krawędzie blatu półki bocznej nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

31. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową w której piąte koło do stabilizacji blatu bocznego znajduje się na końcu poziomego wspornika sprężyny gazowej zwiększając stabilność całej szafki?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

32. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową wyposażoną w łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony za pomocą dwóch pokręteł obsługiwanych ręcznie umieszczonych przy podstawie szafki (bez użycia narzędzi)?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafki z możliwością wyboru wypełnień frontów i blatu z 6 kolorów, oraz kolorów korpusu z 2 kolorów?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego dokonywaną mechanicznie poprzez ustawieniu blatu na dowolnie wybranej wysokości a następnie zablokowanie mechanizmu za pomocą pokrętła?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.**

33. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę posiadającą całkowitą długość przy rozłożonym blacie bocznym 1100 mm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

34. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę z dodatkowym piątym kołem do stabilizacji blatu bocznego?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchoj Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski

Starszy Inspektor  
ds zamówień publicznych  
mgr Agnieszka Dzijska Hajdyla