



Katowice, dnia 26.09.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 26, Nr sprawy: ZP-23-146UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 – Pakiet 2 Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym? Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 2 – Pakiet 2 Czy zamawiający dopuści wycenę przyrządu i osłony w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd Bursztynowy jest na 8% VAT? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 – Pakiet 2 Czy zamawiający dopuści osłonę bez paska klejącego ? Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 4 – Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm? Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 5 – Pakiet 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bursztynowy bez dodatkowej osłony światłoczułej? Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 6 – Pakiet 3 Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock skala co 1 ml, dwustronna, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, długość całkowita strzykawki 15,3 cm, natomiast w stanie rozłożonym 25 cm? Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 7 – Pakiet 3 Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, dwustronną skalą co 1 ml? Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 8 – Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny bursztynowego przyrządu do infuzji i osłony światłoczułej na worki w 2 pozycjach ze względu na 2 różne stawki VAT Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 – Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania bursztynowych przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową 6 cm w części przezroczystej Odp.: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Pytanie 10 – Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania bursztynowych przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową od PCV

Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 11 – Pakiet 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kompatybilność strzykawk z cytostatykami była potwierdzona oświadczeniem producenta dołączonym do oferty **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie 12 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby strzykawki były pakowane w opakowanie z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), co ułatwia aseptyczne otwarcie strzykawki od strony tłoka i minimalizuje ryzyko przypadkowego skażenia końcówki LL

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 13 – Pakiet 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 1,8 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 14 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 15 – Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy z elastyczną komorą kroplową o długości 4,5cm?

Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 16 – Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy z elastyczną komorą kroplową o długości 5,3cm?

Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 17 – Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy z uniwersalnym łącznikiem Luer-lock? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 18 – Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przyrząd dołączony osobno? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 19 – Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający wydzieli do innej pozycji w pakiecie osłonę i tym samym pozwoli na wycenę worka niezależnie od przyrządu, z uwagi na fakt, iż worek jest objęty inną stawką vat niż sam przyrząd (osłona posiada stawkę vat 23%)? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 20 – Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania zawierający niewielką zawartość ftalanów, bezpieczną dla pacjenta? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**