

Konin, dnia 21.09.2022 roku

WSZ-EP-48/1388/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień – dostawa łóżek szpitalnych z akcesoriami**”, nr sprawy **WSZ-EP-48/2022**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Łóżko szpitalne z funkcją wydłużenia leża wraz z akcesoriami – 20 szt

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka o długości całkowitej 2110mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy 125mm z indywidualną blokadą kół?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w indywidualną blokadę jazdy co najmniej 2 kół oraz blokadę jazdy kierunkowej co najmniej 1 koła. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżka o bezpiecznym obciążeniu 200kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w materac o grubości 12cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.