

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym w dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.39.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający w **Zadaniu 2** w pozycji 1 dopuści rurki w rozmiarach: 6 – 9,5; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający w **Zadaniu 2** wyrazi zgodę na dostarczenie próbek tylko do pozycji 1 i 2. W pozycjach 3,4 i 5 – wymagane próbki stanowiłyby odpowiednio: 10%, 10% i 20% całego zapotrzebowania.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 3: Zadanie 2, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści rurkę zgodnie z poniższymi parametrami:

- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- rurka polecana do długotrwałej wentylacji
- kanał do odsysania wydzieliny znad mankietu wbudowany w ściankę rurki
- dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- mankiety niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości rurki
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- prowadnica
- 2 tasiemki mocujące
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- znacznik głębokości wprowadzania w wersji z ruchomym szyldem
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie 4: Zadanie 2.** Czy Zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta na produkcie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie 5: Zadanie nr 6 .**Czy Zamawiający dopuści linię do pomiaru ciśnienia o długości linii całkowitej 130+30cm lub 120+30cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza 130+30cm.

**Pytanie 6:** Zadanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści linię z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia bez układu do pobierania próbek krwi oferowanego razem z linią lub pakowanego osobno?

**Odpowiedź:** NIE


**Pytanie 7:** Zadanie nr 6. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



**Odpowiedź:** Końcówka Edward

**Pytanie 8: Zadanie 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czujników do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią zgodnie z poniższym schematem?:



**Odpowiedź:** TAK

Z poważaniem