

Katowice, dn. 12.07.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni.**
Nr sprawy: ZP-19-069UN

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 – rękawy foliowo-papierowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o grubości 52 µm, spełniające wymagania SIWZ, wyposażone w folię siedmiowarstwową, łącznie z warstwą klejącą, nawinięte folią na zewnątrz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w poz. 1j dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy, spełniający wymagania SIWZ, o rozmiarze 40cm zamiast 42cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje załącznik nr 5, który otrzymuje poniższą treść:

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 5 Opakowania ochronne na sterylne pakiety wyrobów medycznych

Lp.	Asortyment-parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana przez Wykonawcę wielkość opakowania	Ilość oferowanych opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Opakowanie ochronne do przedmiotów sterylnych i systemów barier sterylnych podczas transportu i magazynowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia; o szerokości paska klejącego 8-10mm; opakowanie do wielokrotnego otwierania i zamykania; nie zawierające lateksu, ftalanów, PVC, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych difenylesterów PBDE, policyklicznych węglowodorów aromatycznych PAK's, kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu PFOS o konstrukcji PE-LD/PE-MSD ze środkiem antyelektrostatycznym i środkiem antyadhezyjnym o grubości 60µm DIN 53 370 wytrzymałości na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm² DIN EN ISO 527 wytrzymałość na rozrywanie w poprzek ≥ 18 N/mm DIN EN ISO 527 wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż > 230 N/mm DIN 53 363 wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek > 270 N/mm DIN 53 363 preferowana wielkość opakowania max.: poz. a: 1 000 szt., poz. b-c: 500 szt., poz. d: 250 szt., poz. e-g:100 szt. 										
a	20x30cm	1 000 szt									
b	25x40cm	2 500 szt									
c	25x120cm	4 000 szt									
d	30x50cm	6 500 szt									
e	42x70cm	6 500 szt									
f	60x50cm	1 200 szt									
g	60x75cm	1 300 szt									
	Razem										

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

Lp	PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PUNKTACJA	Próbka - należy podać nazwę handlową, producenta, nr katalogowy*
dotyczy poz. 1a	Wytrzymałość opakowania podczas wielokrotnego otwierania i zamykania	powyższej 30 -krotnego – 40 pkt. poniższej lub równej 30-krotnego – 0 pkt.	

ZP-19-069UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

dotyczy poz. 1b	Wytrzymałość opakowania podczas wielokrotnego otwierania i zamykania	powyżej 30 -krotnego – 40 pkt. poniżej lub równej 30-krotnego – 0 pkt.	
dotyczy poz. 1c	Wytrzymałość opakowania podczas wielokrotnego otwierania i zamykania	powyżej 30 -krotnego – 40 pkt. poniżej lub równej 30-krotnego – 0 pkt.	
dotyczy poz. 1d	Wytrzymałość opakowania podczas wielokrotnego otwierania i zamykania	powyżej 30 -krotnego – 40 pkt. poniżej lub równej 30-krotnego – 0 pkt.	
dotyczy poz. 1e	Wytrzymałość opakowania podczas wielokrotnego otwierania i zamykania	powyżej 30 -krotnego – 40 pkt. poniżej lub równej 30-krotnego – 0 pkt.	
dotyczy poz. 1f	Wytrzymałość opakowania podczas wielokrotnego otwierania i zamykania	powyżej 30 -krotnego – 40 pkt. poniżej lub równej 30-krotnego – 0 pkt.	
dotyczy poz. 1g	Wytrzymałość opakowania podczas wielokrotnego otwierania i zamykania	powyżej 30 -krotnego – 40 pkt. poniżej lub równej 30-krotnego – 0 pkt.	

* wypełnia Wykonawca

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

bezpłatne próbki oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć **do terminu składania ofert** na adres wskazany w SIWZ (zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt. 4) **ustawy Pzp**). Na opakowaniu należy podać dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek. Wszystkie dostarczone próbki są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi:

Pakiet nr 5 poz. nr 1a-1g – po 2 szt.,

W przypadku nie dostarczenia próbki, dostarczenia błędnej próbki lub próbki niezgodnej z SIWZ wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium jakości. Próbki składane w kryterium jakości nie podlegają uzupełnieniu.