



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
skr. poczt. 119
tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00
email: wsse.lublin@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.1.12.2024

Lublin, dnia 17.10.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 8

Zamawiający działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1320) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Zakup sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Lublinie**” przekazuje poniżej treść pytania i wyjaśnienia Zamawiającego.

Treść wspomnianej prośby oraz odpowiedź są następujące:

Pytanie **do Pakietu 2:** Czy zamawiający dopuszcza aby zakres temperatury, dla Inkubatora z wymuszonym obiegiem powietrza pojemności ok. 115 l, był od temperatury otoczenia +8 st. C do 100 st. C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zakres temperatury, dla Inkubatora z wymuszonym obiegiem powietrza pojemności ok. 115 l, był od temperatury otoczenia +8 st. C do 100 st.

Pytanie **do Pakietu 2:** Według tematu Pakietu 2, czyli „Inkubatory z wymuszonym obiegiem powietrza – 5 sztuk”, zaproponowanych inkubatorów ma być 5 sztuk. Jednak Zamawiający podał specyfikację 3 inkubatorów. Jaka jest specyfikacja pozostałych dwóch lub czy, któreś inkubatory powinny być zdublowane?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje w Załączniku nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu 2 - Inkubatory z wymuszonym obiegiem powietrza – 5 sztuk, Zamawiający wymaga:

Inkubator o pojemności ok. 59 l – sztuk 1;

Inkubator o pojemności ok. 115 l – sztuk 3;

Inkubator o pojemności ok. 260 l – sztuk 1.