



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP -

1680.1442/22

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń dowodowych (Numer postępowania: WZP-1442/22/86/Z)

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuje o treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonych przez Wykonawcę oraz udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieniach.

Pytanie nr 1:

„W odniesieniu do warunków zamówienia w postępowaniu nr WZP-1442/22/86/Z informujemy, że:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie na żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, badanie musi być wykonane lub zweryfikowane urządzeniem działającym na zasadzie spektrometrii w podczerwieni (§ 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie).

Mając powyższe na uwadze urządzenia spektrofotometryczne (w tym urządzenia produkowane przez (...)) stanowią podstawową wartość dowodową w trudnych przypadkach sądowych. Dlatego wskazania tych urządzeń powinny być dokładnie zbadane w procesie wzorcowania przez akredytowane laboratorium wzorcujące.

Z uwagi na fakt że wszystkie urządzenia działające na zasadzie spektrofotometrii w podczerwieni (w odróżnieniu od urządzeń elektrochemicznych) mogą charakteryzować się nieliniową charakterystyką metrologiczną laboratorium wzorcujące (...) zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną dotychczas wykonywało wzorcowanie w co najmniej trzech punktach (0,10mg/l; 0,25mg/l; 0,40mg/l lub 0,70mg/l). Wzorcowania te umożliwiały prawidłowe oszacowanie wskazań przyrządów dla wartości powyżej 0,25mg/l i dawały możliwość porównania wyników z wynikami z innych urządzeń uzyskanymi na etapie zbierania dowodów. Ograniczenie wzorcowania do dwóch punktów (0,10mg/l i 0,25mg/l) może uniemożliwić prawidłowe oszacowanie wartości dla wyników powyżej 0,25mg/l co może prowadzić do podważania wyników w trakcie procesów sądowych.

Mając powyższe na uwadze (...) w celu dostarczenia poprawnej wartości dowodowej zaleca wzorcowanie analizatorów wydechu własnej produkcji w minimum 3 punktach:

- 0,10mg/l
- 0,25mg/l
- 0,40mg/l lub 0,70mg/l

z częstotliwością co 6 miesięcy."

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi Zamawiający informuję, że podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie dwóch punktów pomiarowych tj. 0,10mg/l oraz 0,25 mg/l.

A. Kukawka

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Pytanie nr 2:

„Dzień dobry. Szanowni Państwo zwracamy uwagę , że ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie mówi nic o wzorcowaniu analizatorów wydechu. Prosimy również zapoznać się z pismem z załącznika.”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że przyjmuje do wiadomości zawartą informację dotyczącą uwagi mówiącej, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie mówi nic o wzorcowaniu analizatorów wydechu. Zamawiający w załączniku oferty wykonawcy wymienił jedynie wartości odniesienia punktów wzorcowania. W prawie poza stanem nietrzeźwości wynoszącym ponad 0,25 mg/l w 1 dm wydychanego powietrza wyróżnia się stan wskazujący na spożycie alkoholu.

Wyjaśnienia są wiążące dla Stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

NACZELNIK
Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji
Małgorzata WRACZ

A. Kukawka

