


| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ | Nr sprawy: ZP/36/2020 |
| | Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i sprzętu do Pracowni Bakteriologicznej | |

Elbląg, dnia 25.11.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania nr **ZP/36/2020** na dostawę odczynników i sprzętu do Pracowni Bakteriologicznej Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści:

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu II poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża do oznaczania ruchu bakterii w probówkach, które pakowane jest po 50 sztuk wraz z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź: TAK, z podaniem linku strony internetowej z dostępem do certyfikatów

Pytanie 3 Dotyczy Pakietu III poz. 5 - 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 5-39 i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie ww. pozycji pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen. Zgodnie z PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Odpowiedź: NIE, ze względu na aspekt merytoryczny i spójność asortymentu ujętego w pakiecie wynikającego z ciągłości pracy.

Pytanie 4 Dotyczy Pakietu III poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 20 testu zawierającego w opakowaniu 50 sztuk testów wraz z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 5 Dotyczy Pakietu III poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 21 testu, który wykrywa koagulazę oraz białko A, bez wykrywania polisacharydowej otoczki MRSA.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6 Dotyczy Pakietu III poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 26 testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk testów wraz z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 7 Dotyczy Pakietu III poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 27 testu zawierającego w opakowaniu 10 sztuk testów wraz z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 8 Dotyczy Pakietu III poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 28 testu zawierającego w opakowaniu 10 sztuk testów wraz z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 9 Dotyczy Pakietu III poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 29 testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk testów wraz z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 10 Dotyczy Pakietu III poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 30 testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk testów wraz z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 11 Dotyczy Pakietu III poz. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 34 testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk testów wraz z przeliczeniem wymaganej ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 12 Dotyczy Pakietu III

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej, gdzie są łatwo dostępne

Odpowiedź: TAK, z podaniem linku strony internetowej z dostępem do certyfikatów

Pytanie 13 Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy odczynników w dniach roboczych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 14 Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie aparatu używanego wyprodukowanego w roku 2017, objętego pełną gwarancją serwisową?

Odpowiedź: TAK

*DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski*

