

Konin, 22.05.2024r

WSZ-EP-12/635/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów”

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 oraz na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje o zmianie treści **Specyfikacji Warunków Zamówienia nr WSZ-EP-12/2024**, w następujący sposób:

I. Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI. ust. 3 SWZ

Było:

3. Termin składania ofert upływa dnia **29.05.2024 roku o godz. 08:00**

Jest:

3. Termin składania ofert upływa dnia **05.06.2024 roku o godz. 08:00**

II. Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII. ust. 1 SWZ

Było:

1. Termin otwarcia ofert: **29.05.2024 roku o godz. 11:00.**

Jest:

1. Termin otwarcia ofert: **05.06.2024 roku o godz. 11:00.**

III. Termin związania ofertą - Rozdział IV

Było:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.08.2024 roku.

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.09.2024 roku.

IV. W wyniku uwzględnienia zarzutów odwołania Zamawiający modyfikuje tabelę parametrów ocenianych w:

- Rozdziale XIX SWZ – Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w punkcie numer 3:

„Kryterium funkcjonalność” (F) będzie rozpatrywane na podstawie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, podanych przez wykonawcę w ofercie.

L.p.	Parametry oceniane	Potwierdzenie spełnienia parametrów
STATYW APARATU RTG		
1.	Głębokość ramienia C 3 pkt- głębokość ≥ 105 cm 2 pkt -głębokość od 100 do 104,99 cm 1 pkt- głębokość od 90 do 99,99 cm	Podać głębokość
2.	Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej, z wbudowanym hamulcem, z możliwością ustawienia ręcznego po obu stronach statywu TAK - 2 pkt. NIE -0 pkt	Podać TAK/NIE
3.	System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją za pośrednictwem czujników bezdotykowych TAK - 2 pkt NIE -0 pkt-	Podać TAK/ NIE
KOLIMATOR - PRZYSŁONY		
4.	Dodatkowa filtracja w postaci filtrów miedziowych przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych 3 punkty –za wartość większą albo równa 1mm Cu (wg	Podać wartość

	<p>równoważnika Cu)</p> <p>2 punkty -za wartość od 0,9 mm do 0,99 mm Cu (wg równoważnika Cu)</p> <p>1 punkt-za wartość poniżej 0,9 mm Cu (wg równoważnika Cu)</p>	
GENERATOR		
5.	<p>Minimalny czas ekspozycji nie większy niż 1ms</p> <p>TAK - 2 pkt.</p> <p>NIE – 0 pkt.</p>	Podać TAK/NIE
DETEKTOR		
6.	<p>Ilość pól – FOV</p> <p>2 pkt – za 5 pól FOV albo więcej</p> <p>1 punkt – za 4 pola FOV</p>	Podać ilość pól
OBRAZOWANIE		
7.	<p>Dodatkowy wózek z zamocowanym ekranem dotykowym umożliwiającą interakcję z monitorem na Sali zabiegowej, umożliwiającą co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zamię wielkości okien - zmianę wzorca ułożenia obrazów - zrzut wybranego ekranu - zmianę położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i puść” - wyświetlanie obrazów statycznych i dynamicznych <p>TAK - 2 pkt.</p> <p>NIE – 0 pkt</p>	Podać TAK/NIE
CYFROWY SYSTEM OBRÓBKI OBRAZU POSTPROCESSING		
8.	<p>System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego w pkt.63, działający niezależnie od zmian ustawień przesłona, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu</p>	Podać TAK/NIE

	TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt	
KOLIMATOR - PRZYSŁONY		
9.	Automatyczny obrót obrazu w zależności od zmian położenia statywu, bez utraty obszaru obrazowania, poprzez jednoczesny, automatyczny i synchroniczny obrót detektora oraz kolimatora, kompensujący obrót statywu oraz stołu pacjenta TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt.	Podać wartość
10.	Resuscytacja pacjenta dozwolona przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu wskazującego na położenie płyty pacjenta nad stopą stołu TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt.	Podać TAK/NIE
SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW		
11.	Wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna: automatyczny ruch statywu po uprzednio zaprogramowanej trajektorii (możliwość zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii) uwzględniającej odchylenia RAO/LAO i CRA/CAUD; szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniejsza niż 50°/s TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt	Podać TAK/NIE
12.	Dynamiczny roadmap wieńcowy - funkcja nawigacji umożliwiająca prowadzenie cewnika na ruchomym obrazie tętnic wieńcowych bez konieczności podawania kontrastu TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt	Podać TAK/NIE
13.	Rysowanie konturów naczyń na panelu dotykowym przy stole pacjenta wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię w czasie rzeczywistym TAK -2 pkt NIE – 0 pkt	Podać TAK/NIE

KONSOLA OPERATORSKA		
14.	Możliwość sterowania systemem IVUS/FFR z poziomu panelu sterowania angiografu TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt	Podać TAK/NIE
GENERATOR		
15.	Obciążenie generatora mocą ciągłą dla obciążenia trwającego 10 minut poniżej 3500W – 0 pkt 3500W lub powyżej – 2 pkt	Podać wartość
STÓŁ PACJENTA		
16.	Nośność stołu Mniejsza niż 300 kg – 0 pkt 300 kg lub powyżej – 2 pkt	Podać wartość

Analogicznie zmiana ta skutkuje również zmianą w załączniku numer 1 – formularz oferty w punkcie 5 oraz w załączniku numer 2 - w tabeli „zestawienie parametrów ocenianych”.

Zmodyfikowany załącznik numer 1 oraz załącznik numer 2 zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

V. W wyniku uwzględnienia zarzutów odwołania Zamawiający modyfikuje załącznik numer 2 – zestawienie wymaganych parametrów jakościowo technicznych:

- w punkcie numer I w podpunkcie numer: 50
- w wierszu: CYFROWY SYSTEM OBRÓBKII OBRAZU POSTPROCESSING
- w wierszu SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW
- wykreśla podpunkt numer 90.

VI. Na skutek zadanych pytań od Wykonawców Zamawiający modyfikuje następujące dokumenty:

1. SWZ:

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – Rozdział XX SWZ

ust. 2 pkt. 2.1:

Było:

„przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą);”

Jest:

„przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą);”

2. Treści Załącznika nr 2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo technicznych w następujących punktach:

I. Cyfrowy aparat angiograficzny do badań i zabiegów kardiologicznych z możliwością analizy ilościowej (QCA) 1 szt. wraz akcesoriami urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych; rok produkcji 2023 lub 2024

- punkt 88

-punkt 114

- punkt 120

-punkt 121

- punkt 123

II. Strzykawka automatyczna 1 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych; rok produkcji 2023 lub 2024:

- punkt 13

IV. Zestaw defibrylatorów urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych; rok produkcji 2023 lub 2024 – 1 zestaw składający się z 2 szt. (A i B):

Punkt IV część A:

- punkt 37

Punkt IV część B:

- punkt 40

- punkt 55

3. Treści Załącznika nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, poprzez:

- zmianę zapisów w § 1 ust. 6 pkt 7
- zmianę zapisów w § 5a ust. 6,
- zmianę zapisów w § 3 ust. 4,
- zmianę zapisów w § 8 ust. 7 (który otrzyma brzmienie 7A)
- zmianę zapisów w § 8 ust. 7 pkt 14
- zmianę zapisów w § 9 ust. 2
- zmianę zapisów w § 9 ust.4 pkt 2 i 3
- zmianę zapisów w § 11 ust. 5
- dopisanie w § 12 ust. 8

oraz zmianę numeracji punktów w paragrafie numer 8.

zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 5 - Projektowane postanowienia umowy.

Informacje uzupełniające

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządziła: K. Lewandowska