

Znak: ZP.26.1.11.2020.3

***Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SIWZ na dostawę sprzętu jednorazowego – rękawiczek medycznych dla ZZOZ w Wadowicach***

W związku z wpłynięciem pytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego – rękawiczek medycznych dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP.26.1.11.2020, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843) informuję, że w postępowaniu zostały złożone pytania oraz na podstawie art. 38 ust. 4 modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1** Pakiet 1 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych o długości min. 480mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 2** Pakiet 2 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,19+/-0,01mm, na dłoni 0,17 +/- 0,01mm i na mankiecie 0,09mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 3** Pakiet 2 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej sile zrywania przed starzeniem min. 8,6 N oraz po starzeniu min. 8,0 N.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 4** Pakiet 2 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez zawartości protein.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 5** Pakiet 2 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej grubości pojedynczej ścianki min. na palcu 0,15 ± 0,01 mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 +/- 0,01mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 6** Pakiet 2 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez zawartości protein.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 7** Pakiet 2 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 300mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 8** Pakiet 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o szczelności AQL < 1,5.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 9** Pakiet 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowania rękawic powinny być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie foliowe otworu do pobierania, w celu zwiększenia ochrony rękawic/zabezpieczenia przed kontaminacją ze środowiska zewnętrznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 10** Pakiet 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodność z normami dla rękawic ochronnych oraz medycznych ma być potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną wymienioną na liście NANDO.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 11 Pakiet 2 poz. 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania przed starzeniem min.6,5N, po starzeniu – min.6,5N, o grubościach:

Palec: 0,08 mm;

Dłoń: 0,06 mm;

Mankiet: 0,05 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 12** Pakiet 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach: palec  $\geq$  0,08 mm, dłoń  $\geq$  0,06 mm, mankiet  $\geq$  0,05 mm oraz o sile zrywu przed starzeniem/po starzeniu  $\geq$  7 N.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 13** Pakiet 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez zawartości protein.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 14** Pakiet 1 poz.1-5, Pakiet 2 poz.1-5 Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę EN 16523-1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 15** Pakiet nr 1 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych posiadających pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane (bez struktury sieci). Mankiet rolowany. Długość rękawic min. 293 mm, grubość na palcu min. 0,22 mm. Rękawice zgodne z normami: EN 455(1-4) , EN ISO 15223-1, EN 420, EN ISO 374-1 , EN 374-2 , EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, ISO 16604, ISO 13485, ASTM F1671, ASTM D 6978. Dostępne rozmiary od 6,0 do 9,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 16** Pakiet nr 1 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych sterylizowanych EO – koperta zewnętrzna folia-

papier. Rękawice posiadają pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane (bez struktury sieci). Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Długość rękawic min. 285 mm. Ponadto rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 374-1, EN 374-2, EN 420, ISO 13485, ASTM F1671, ASTM D 6978.. Dostępne rozmiary od 6,0 do 9,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 17** Pakiet nr 1 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych posiadających pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane (bez struktury sieci). Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Długość rękawic min. 285 mm. Ponadto rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 374-1, EN 374-2, EN 420, ISO 13485, ASTM F1671, ASTM D 6978. Dostępne rozmiary od 6,0 do 9,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 18** Pakiet nr 1 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych neoprenowych, kolor zielony. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane (bez struktury sieci). Długość rękawic min. 303 mm, grubość na palcu 0,20-0,21 mm. Rękawice bez 50% max. 0,5N/mm<sup>2</sup>. Siła zrywu przed starzeniem min. 16 N. Zgodność z EN 374 (1-3), EN 455(1-4), EN 420, ASTM F 1671, ASTM D6978, ISO 13485. Dostępne rozmiary od 6,0 do 9,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 19** Pakiet nr 1 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych wykonanych z polizoprenu oraz neoprenu, kolor naturalny. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – DERMASHIELD™ Technology: powłoka polimerowa (bez struktury sieci). Długość rękawic min. 306 mm, grubość na palcu min. 0,21 mm. Rękawice bez 50% max. 0,5N/mm<sup>2</sup>. Zgodność z EN 455(1-4), EN 374 (1,2,4,5), EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485 , ISO 14001, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10, ASTM F 1671, ASTM D6978. Dostępne rozmiary od 6,0 do 9,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 20** Pakiet nr 1 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych posiadających lepszy poziom AQL = 0,65, grubość rękawic na palcu 0,33-0,34 mm, grubość na dłoni 0,30-0,31 mm, grubość na mankiecie 0,18-0,19 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, po starzeniu min. 14 N. Długość rękawic Wykonawca potwierdzi raportem z badań producenta rękawic (brak informacji na opakowaniu rękawic). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 21** Pakiet nr 1 poz. 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych z pokryciem powierzchni wewnętrznej: HYDRASOFT™ Technology: powłoka z komponentą nawilżającą i zapobiegającą pękaniu skóry oraz

DERMASHIELD™ Technology: powłoka polimerowa (bez struktury sieci). Mankiet rolowany i opaska samoprzylepna. Długość min. 302 mm. Poziom protein < 30 µg/g, potwierdzony kartą techniczną od producenta. Zgodność z normami: EN 420, EN 455 (1-4) , EN 374 (1,2,4), EN 16523-1 , ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10, ASTM F1671, przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3. Dostępne rozmiary od 6,0 do 9,0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 22** Pakiet nr 2 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z Pakietu nr 2 ww. pozycji (rękawic foliowych) oraz utworzenie z nich nowego Pakietu. Umożliwi to złożenie oferty większej ilości Wykonawcom (z uwagi na problemy z dostępnością tego rodzaju rękawic). W przypadku uwzględnienia ww. zmiany wnioskujemy również o zmianę terminu składania ofert, tj. przedłużenie terminu składania ofert o minimum 2 dni, tj. najwcześniej na 12.05.2020 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający **modyfikuje:** załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”:

- 1 poprzez wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 4 i utworzenie nowego pakietu. Nowy Pakiet otrzymuje nazwę Pakiet nr 3.

### Pakiet nr 3

Lp	Nazwa sprzętu i razowego	jm.	Suma zamów.
1	Rękawiczki foliowe opak.100 szt	op	40

- 2 pakiet nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

### Pakiet nr 2

Lp	Nazwa sprzętu i razowego	jm.	Suma zamów.
1	<p><u>Rękawice diagnostyczne , medyczne do procedury ochronnej wysokiego ryzyka</u> : Jednorazowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców. Długi, profilowany mankiet dobrze uszczelniający przedramię fartucha ochronnego. Posiadające podwyższone parametry dla normy PN-EN 455 – 1, 2, 3, 4 :</p> <p>uszczelnienie – AQL- 1,5,  długość min. 280 mm dla rozmiarów XS - L,  grubość rękawic :</p> <p>Palce min 0,16 +/- 0,01 mm,  dłoń min. 0,14 +/- 0,01 mm,  mankiet 0,11 +/- 0,01 mm,  średnia siła zrywania :</p> <p>przed starzeniem – min.10,2 N  po starzeniu - min. 9.8 N,  zawartość protein – 1,0 mg/rękawice  ilość rękawic w dyspenserze – 50 szt</p> <p>Zgodne z normą PN-EN 374-1,2,3 z wyłączeniem pkt. 5.3.2 z części 1  Ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami wg ASTM F 1671.</p>	op	50

2	<p>Rękawice diagnostyczne , medyczne do procedury ochronnej podwyższonego ryzyka Jednorazowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców. Dłuższy, profilowany mankiet dobrze uszczelniający nadgarstek. Posiadające podwyższone parametry dla normy PN-EN 455 – 1, 2, 3, 4 :</p> <p>szelność – AQL ≤ 1,5,  długość min. 302 +/- 0,02 mm dla rozmiarów XS -L,  grubość rękawic :</p> <p>Palce min.0,12 +/- 0,01 mm,  dłoń 0,08 +/- 0,01 mm,  Mankiet min. 0,05 +/- 0,01 mm,  średnia siła zrywania :  przed starzeniem –min. 8,7 N  po starzeniu -min 9,5 N,  zawartość protein – 1,0 mg/rękawice  ilość rękawic w dyspenserze – 100 sztuk  Zgodne z normą PN-EN 374-1,2,3 z wyłączeniem pkt. 5.3.2 z części 1  Ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami wg ASTM F 1671.  Dopuszczone do kontaktu z żywnością</p>	op	120
3	<p>Rękawice diagnostyczne , medyczne do procedury ochronnej <u>obniżonego ryzyka</u>: Jednorazowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców, mankiet rolowany.  Posiadające parametry dla normy PN-EN 455 – 1, 2, 3, 4 :</p> <p>szelność – AQL - 1,0  długość min. 240 mm dla rozmiarów XS -L,  grubość rękawic :</p> <p>palce 0,10 +/- 0,01 mm,  dłoń 0,07 +/- 0,01 mm,  mankiet 0,06 +/- 0,01 mm,  średnia siła zrywania :  przed starzeniem –min. 6 N  po starzeniu -min. 6 N,  zawartość protein – max. 2,0 mg/rękawice  ilość rękawic w dyspenserze – 100szt  Zgodne z normą PN-EN 374-1,2,3 z wyłączeniem pkt. 5.3.2 z części 1  Ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami wg ASTM F 1671  Dopuszczone do kontaktu z żywnością.</p>	op	8000
4	<p>Dozownik wielorazowy na rękawice diagnostyczne z możliwością powieszenia na ścianie. o wymiarach kompatybilnych z ogólnie dostępnymi rękawiczkami na rynku. Możliwość mycia i dezynfekcji.</p>	szt	10

3 Rozdział V SIWZ Termin wykonania zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Okres obowiązywania umowy: **4 miesiące**

2. Dostawa w terminie **max 3 dni, na cito max 24 godz – dotyczy Pakietu nr 1 i 2**

3. Dostawa w terminie **max 3 dni – dotyczy Pakietu nr 3**”

4 Rozdział XVI SIWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

4.1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2.Jakość przedmiotu zamówienia 40% - dotyczy Pakietu nr 1 i 2”

4.2 poprzez dodanie pkt. 3 w brzmieniu:

„Termin dostawy 40% - dotyczy pakietu nr.3

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert}}{\text{Termin dostawy ocenianej oferty}} \times 100 \times 40 \%$$

*Uwaga!!!*

*Termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia.”*

5 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz ofertowy pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„**2. Dostawy: max.3 dni** od dnia złożenia zamówienia, na cito max 24 godz. – dotyczy Pakietu nr 1 i 2”

6 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz ofertowy poprzez dodanie pkt 2.1. w brzmieniu:

„**2.1 Dostawy:.....(max 3) dni** od dnia złożenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 3\*

*\* UWAGA! Brak wpisania ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów.”*

7 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy §3 ust.1 pkt. 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. dostarczenia asortymentu w terminie ..... od momentu złożenia zamówienia, w ilości uzgodnionej z osobą upoważnioną, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego - loco Budynek PPS (przyziemie - Magazyn).”

**Pytanie nr 23** Pakiet nr 2 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic z mankietem rolowanym. Rękawice posiadają lepszy poziom AQL = 1.0, grubość rękawic na palcu 0,20 mm, na mankiecie 0,09 mm. Rękawice bez protein lateksu. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 16523-1 oraz EN 374-4. Rękawice pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości rękawic. Dostępne w rozmiarach od S do XL. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 24** Pakiet nr 2 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic z mankietem rolowanym. Długość rękawic 302-305 mm, grubość rękawic na palcu 0,14 mm, na mankiecie 0,07 mm. Rękawice bez protein lateksu. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 16523-1 oraz EN 374-4. Dostępne w rozmiarach od XS do XL. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 25** Pakiet nr 2 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic posiadających grubość na palcu 0,12 mm. Rękawice bez protein lateksu. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 16523-1 oraz EN 374-4. Dostępne w rozmiarach od XS do XL. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 26** Pakiet nr 2 poz. 3 Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) poziom szczelności AQL 1,5 – jest to wymagany, akceptowalny zgodnie z normą europejską, poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych dający gwarancję bezpieczeństwa;
- b) z grubością na palcu 0,10 mm (+/- 0,02 mm), na mankiecie 0,06 mm (+/- 0,02 mm);
- c) zgodne z normami EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016;

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 27** Pakiet nr 2 poz. 3 Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem

zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 28** Pakiet nr 2 poz. 3 Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 29** Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice medyczne do procedury wysokiego ryzyka posiadające teksturę na palcach, w rozmiarze S-XL, o grubości na pojedynczej ściance palca 0,17mm ( $\pm 0,02$ ), dłoni 0,14mm ( $\pm 0,02$ ), mankiecie 0,10mm ( $\pm 0,02$ )?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 30** Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice medyczne do procedury wysokiego ryzyka posiadające teksturę na palcach, w rozmiarze S-XL, o grubości na pojedynczej ściance palca 0,16mm ( $\pm 0,02$ ), dłoni 0,09mm ( $\pm 0,02$ ), mankiecie 0,08mm ( $\pm 0,02$ ), o sile zrywu przed i po starzeniu minimum 9N?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 31** Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice medyczne do procedury wysokiego ryzyka posiadające teksturę na palcach, w rozmiarze S-XL, o grubości na pojedynczej ściance palca 0,16mm ( $\pm 0,02$ ), dłoni 0,09mm ( $\pm 0,02$ ), mankiecie 0,08mm ( $\pm 0,02$ ), o sile zrywu przed i po starzeniu minimum 9N, długości minimum 290mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 32** Pakiet 2, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu wynoszącej 0,10 $\pm$ 0,01 mm, na dłoni 0,08 $\pm$ 0,01 mm, na mankiecie 0,06 $\pm$ 0,01 mm, pakowane po a'200 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 33** Pakiet 2, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu wynoszącej 0,12 $\pm$ 0,02 mm, na dłoni 0,07 $\pm$ 0,02 mm, na mankiecie 0,06 $\pm$ 0,01 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 34** Pakiet 2, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarze M lub L do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 35** WZÓR UMOWY Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ. Ustawowa konstrukcja odpowiedzialności kontraktowej, a także ustawowa klauzula rebus sic stantibus stanowią wystarczające zabezpieczenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia przeszkód w należyтым wykonaniu umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

**Pytanie nr 36** WZÓR UMOWY Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: *„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”* UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zmiana VAT wg wzoru umowy z SIWZ następuje z mocy prawa, a zatem w dniu wejścia w życie ustawy zmianę tę wprowadzającej. Zapis z obowiązującego wzoru w praktyce nie różni się od proponowanego.



**Pytanie nr 37** WZÓR UMOWY Wnosimy o dodanie do § 5 projektu umowy ust, 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiającemu zależy na stałości cen, co Wykonawca winien wziąć pod uwagę składając ofertę.

**Pytanie nr 38** WZÓR UMOWY Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1.2. poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do 0,1% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego towaru. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Kara umowna na wskazanym w SIWZ poziomie nie nosi znamion kary rażąco wygórowanej.

**Pytanie nr 39** WZÓR UMOWY Wnosimy o wykreślenie § 9 ust. 2 i 3 projektu umowy. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ. Zapis ten wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, tj. ustawy o działalności leczniczej, który wymaga od Zamawiającego zgody podmiotu tworzącego. Brak takiej zgody powoduje nieważność czynności prawnej zmiany wierzyciela.

Ponadto Zamawiający **modyfikuje** zapisy Załącznika nr 6 do SIWZ (Projekt umowy):

1. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Termin dostawy, ilość i rodzaj asortymentu Zamawiający będzie uzgadniał każdorazowo z Dostawcą pisemnie, faksem lub drogą mailową.”
2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku wad jakościowych, Zamawiający powiadomi Dostawcę w ciągu 7 dni od daty ich ujawnienia. Reklamację dotyczącą wad jakościowych

*Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, a wadliwy asortyment zostanie przez Wykonawcę odebrany na jego koszt w terminie 7 dni od dnia dostarczenia reklamacji przez Zamawiającego. Zamawiający może również odesłać wadliwy towar Wykonawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty dostarczenia Wykonawcy reklamowanego asortymentu (o ile taki koszt wystąpi).”*

3. §6 ust. 2 pkt. 2.3 otrzymuje brzmienie: „2.3 nieprzedstawienia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1. pkt 1.3. i ust. 2”

4. §7 ust. 1 pkt. 1.3 otrzymuje brzmienie: „1.3 Kary umowne, o których mowa w ust. 1.2 będą potrącane z wynagrodzeniem Wykonawcy po ich zsumowaniu za okresy 6 miesięczne.”

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz próbek, który określa się na dzień **15.05.2020r., godz. 10:00**. Publiczna sesja otwarcia ofert i próbek odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice.

**Proszę o potwierdzenie** otrzymania pisma na adres e-mail: [zp@zzozwadowice.pl](mailto:zp@zzozwadowice.pl)

*Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wadowicach*

**Barbara Bułanowska**

Otrzymują:  
<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>