



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

www.spzoz-czluchow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-czluchow.pl

Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego

do postępowania sygn. ZP/06/SPZOZ/2023, ID 777558

pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Data wpływu	Zakres którego dotyczy / dokument	pozycja	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
12.06.2023	Pakiet nr 23	2	Ad.2. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przeznaczone do przenoszenia próbki gazów oddechowych pacjenta do urządzenia mierzącego stężenie gazów (kapnografu) oraz innowacyjny system dostarczania tlenu. Wyrób jest przeznaczony do użytkowania z monitorami wykorzystującymi technologię Microstream™ i może być stosowana zarówno u pacjentów zaintubowanych, jak i niezaintubowanych. Zamawiający w punkcie 2 specyfikacji warunków zamówienia opisał: „Oridion czujnik CO2 jednorazowy LIFEPAK 15”. Czy w związku z przytoczonym parametrem Zamawiający oczekuje dostawy akcesoriów do pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości dla poszczególnych akcesoriów.	Zamawiający oczekuje akcesoriów do pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych w proporcjach 50/50.	13.06.2023
12.06.2023	Pakiet nr 23	2	Ad.2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu akcesoria do pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych w opakowaniach zbiorczych po 25 szt. Prosimy o modyfikację formularza cenowego.	Dopuszczamy, ale nie zmodyfikujemy formularza w tej pozycji. Modyfikacja na opakowania spowoduje zmianę wartości całego zamówienia. Dla ujednoczenia szans poszczególnych Oferentów pozostawiamy formularz bez zmian, a Oferent powinien w rubryce „Asortyment” dopisać „op. po 25 szt. zgodnie z dopuszczeniem”, a cenę obliczyć w przeliczeniu na sztuki – dla 80 sztuk.	13.06.2023
12.06.2023	Pakiet nr 28	1,2	Ad.1,2. Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz posiadały informację w języku polskim nt. użytkownika. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.	Akcesoria muszą być kompatybilne do użytku z Lifepak 15.	13.06.2023
12.06.2023	Pakiet nr 28	1,2	Ad.1,2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK,	Akcesoria muszą być kompatybilne	13.06.2023

			zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, wykonanych ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.	do użytku z Lifepak 15.	
12.06.2023	Pakiet nr 28	1	Ad.1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaofertowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, odpornych do min.50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.	Akcesoria muszą być kompatybilne do użytku z Lifepak 15.	13.06.2023
12.06.2023	Pakiet nr 28	1,2	Ad.1,2.Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaofertowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz zgodnych z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zalecających stosowanie odpowiednich elektrod, przy założeniu optymalnej wielkości elektrod do defibrylacji 12 cm2.	Akcesoria muszą być kompatybilne do użytku z Lifepak 15.	13.06.2023
12.06.2023	Umowa	§ 4 ust. 6	1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?	Zamawiający nie wyraża zgody.	13.06.2023
12.06.2023	Umowa	§ 3 ust. 5	2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	Zamawiający wyraża zgodę.	13.06.2023
12.06.2023	Umowa	§ 5 ust. 1.	3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z projektem umowy § 5 ust. 1.	13.06.2023
12.06.2023	Umowa	§ 6 ust. 1	4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w wysokości:	Zamawiający nie wyraża zgody.	13.06.2023

			<p>1) 0,5% niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto opóźnionej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy;</p> <p>3) 0,5% niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto wadliwej części umowy, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia wyznaczonego do dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.</p>		
12.06 .2023	Umowa	§ 6 ust. 1.1	<p>Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 1.1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1.1 wskazał: Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w wysokości:</p> <p>1) 1% niezrealizowanej części ceny ofertowej brutto opóźnionej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy;</p> <p>W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.</p> <p>Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.</p> <p>W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.	13.06 .2023
09.06 .2023	Umowa	Paragraf 6	<p>Pytanie 1 Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.</p>	Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ust. 6 do paragrafu 6 o następującej treści: „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia	13.06 .2023

			<p>Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tejże faktury.</p> <p>lub</p> <p>Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.</p>	<p><i>mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."</i></p>	
12.06.2023	Pakiet nr 18	1	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 18 testy ureazowe mokre nowej generacji wykorzystujące płyny zawarte w biopatach, bez dodatkowej ilości wody ?	Nie dopuszczamy.	13.06.2023
12.06.2023	Pakiet nr 18	1	1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (biopłatów) na pole reakcyjne testu?	Dopuszczamy ale nie wymagamy.	13.06.2023
12.06.2023	Pakiet nr 18	1	2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 – Testy ureazowe - wymaga, aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?	Dopuszczamy ale nie wymagamy.	13.06.2023
12.06.2023	Pakiet nr 21		<p>PYTANIE 1 – pakiet 21</p> <p>Czy Zamawiający dopuści pojemniki na skalpele pakowane w opakowania zbiorcze w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozycja 1 – 0,7L – po 25 szt.; • Pozycja 2 – 1L – po 50 szt.; • Pozycja 3 – 2L – po 50 szt.; • Pozycja 4 – 5L – po 10 szt.; • Pozycja 5 – 10L – po 10 szt. <p>Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.</p>	Dopuszczamy.	13.06.2023

12.06 .2023	Pakiet nr 24		<p>PYTANIE 2 – pakiet 24</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w pakiecie 24 – torby na wymiociny wykonanej z przezroczystego materiału bez odcienia błękitu, reszta zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ?</p> <p>Odcień materiału, z którego wykonany przedmiot zamówienia nie ma jakiegokolwiek wpływu na zastosowanie i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowane worki na wymiociny są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej, a dopuszczenie powyższego możliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.</p>	Dopuszczamy.	13.06 .2023
09.06 .2023	Pakiet nr 25		<p>Dotyczy 25</p> <p>Zwracamy się o możliwość zaproponowania nowego rozwiązania - Higieniczny jednorazowy system dozowania chusteczek w postaci stabilnego dozownika-worka z uchwytem do przenoszenia. Przezroczyste obszary na opakowaniu pozwalają kontrolować zużycie produktu. Każdy dozownik zawiera rolkę 99 sztuk wysokiej jakości, nietkanych, niskopyłowych chusteczek (rozmiar 20 x 38 cm), gramatura chusteczek 60g/m2. Odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości.</p>	Zamawiający wyraża zgodę.	13.06 .2023
12.06 .2023	SWZ		<p>Dotyczy zapisów SWZ:</p> <p>1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.</p>	Dopuszcza ale nie wymaga.	13.06 .2023
12.06 .2023	SWZ		<p>2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.</p>	Dopuszcza ale nie wymaga.	13.06 .2023
12.06 .2023	Umowy	par. 6 ust. 2	<p>Dotyczy Umowy:</p> <p>3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar: - par. 6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej sumy kar do poziomu</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.	13.06 .2023

			25% zamówienia brutto, o którym mowa w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy. Obecnie zaproponowany poziom kar jest rażąco wysoki.		
12.06 .2023	Pakiet nr 19		Dotyczy Parametry Techniczne: 4. Dotyczy Pakietu nr 19: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy zgrzewalne w temperaturze 150-200 stopni C?	Zamawiający nie wyraża zgody.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 19		Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ?	Zgodnie z SWZ.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 19		Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.	Tak.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 19		Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.	Tak.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 19		Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?	Tak.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 19		Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i folii minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.	Tak.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 20	8	5. Dotyczy Pakietu nr 20, pozycji nr 8: Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?	Tak	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 20	8	Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?	Dopuszcza ale nie wymaga.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 2	6	1.Dotyczy pakietu nr 2, pozycji 6 Formularza asortymentowo-cenowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły o średnicy zewnętrznej 21G cienkościennej (zgodnie z normą ISO 9626), czyli ze średnicą wewnętrzną jak w standardowej igle 20G, gwarantującą wypływ krwi jak ze standardowej igły 20G, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?	Tak	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 2	3	2.Dotyczy pakietu nr 2, pozycji 3 Formularza asortymentowo-cenowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii (pozycja 3 Formularza asortymentowo-cenowego) z terminem ważności 4 miesiące?	Tak	13.06 .2023

12.06 .2023	SWZ	Rozdział II pkt 5	3.Dotyczy Rozdz. II pkt. 5 SWZ dla pakietu 2: Z uwagi na fakt, że oferowane produkty produkowane są poza granicami Polski, czy Zamawiający dopuści, aby wymagane informacje wyrażone były na opakowaniu za pomocą zharmonizowanych symboli międzynarodowych i rozpoznawalnych kodów, zgodnych z obowiązującymi przepisami?	Tak	13.06 .2023
12.06 .2023	Umowa	§2 ust. 10	4.Dotyczy §2 ust. 10 SWZ dla pakietu 2: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych.	Tak	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	2	Pakiet 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? Odpowiedź Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Pakiet 6 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH 14-24?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	9	Pakiet 6 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH 14-24?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	10	Pakiet 6 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 5-15 ml?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	10	Pakiet 6 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 3 ml dla rozmiaru CH6 oraz 3-5 ml dla rozmiarów CH8-10?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	15	Pakiet 6 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści długość 105 cm?	Nie dopuści.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	15	Pakiet 6 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści długość 125 cm?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	16	Pakiet 6 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści długość 100 cm?	Nie dopuści.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	16	Pakiet 6 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści długość 125 cm?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	19	Pakiet 6 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści długość minimalną 180 cm?	Nie dopuści.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	19	Pakiet 6 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści długość minimalną 200 cm?	Nie dopuści.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	22	Pakiet 6 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 1?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 6	22	Pakiet 6 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści średnicę cząstek 2.0 – 2.2?	Zgodnie z SWZ.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 8	1	Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?	Dopuszczamy.	13.06 .2023

12.06 .2023	Pakiet nr 8	1	Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?	Zgodnie z SWZ.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 8	2	Pakiet 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 8	3	Pakiet 8 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?	Dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 8	4	Pakiet 8 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga łyżek sterylnych?	Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 8	4	Pakiet 8 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szerokość łyżek 20 – 25 mm?	Tak.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 12	4	Pakiet 12 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie: <ul style="list-style-type: none"> • Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu długości 160cm z substancją neutralizującą zapach • Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika • Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo • Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący • Wyposażony w port do pobierania próbek • Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym • Taśmy umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka • Niesterylny • Zestaw pakowany pojedynczo 	Tak.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 15	1	Pakiet 15 poz. 1	Dopuszczamy.	13.06 .2023

			Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozmiaru 260x20 lub 250x18 zamiast 260x18?		
12.06 .2023	Pakiet nr 24	1	Pakiet 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worek z całkowicie przezroczystego materiału, bez żadnego zabarwienia kolorystycznego?	Tak.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 19		1. PAKIET 19: czy Zamawiający dopuści rękawy o temperaturze zgrzewu 180-220°C?	Tak, dopuszczamy.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 19		1. Dotyczy Pakiet nr 19: Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 170-200°C?	Nie dopuści, zgodnie z SWZ.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 19	11	2. Dotyczy Pakiet nr 19, pozycja nr 11: Czy w miejsce rękawa 5cm, Zamawiający dopuści rękaw 5,5cm?	Tak	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 20	7	3. Dotyczy Pakiet nr 20, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem o długości 2,5cm posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?	Tak.	13.06 .2023
12.06 .2023	Pakiet nr 20	7	4. Dotyczy Pakiet nr 20, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.	Tak.	13.06 .2023

Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują zapisy SWZ do ZP/06/SPZOZ/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r.

Stan na 13.06.2023 godz. 14:55

Daria Zaniewska
Referent ds. zamówień publicznych
W SP ZOZ w Człuchowie