

Tarnów, dnia 12.06.2020r.

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.39. 2159 /2020

**Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę : Implanty neurochirurgiczne, Stymulatory rdzenia, Zestawy, Zaciski, Klipsy, Zestaw do drenażu Zakres nr 1 do 35 dla Oddziału Neurochirurgii-Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. ID344176**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04 i 09.06.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 do pakietu nr 20:**  
**Zestaw do kyphoplastyki – repozycji trzonów**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania systemy o następujących parametrach:  
ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA  
W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI

1. Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa;
2. Jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach;
3. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją;
4. W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu;
5. Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. – minimum 18 minut;
6. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu);
7. Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym;
8. Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów;
9. W komplecie do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, 1 podajnik cementu z trokarem do wprowadzenia cementu o pojemności min. 0,9 ml lub 1,8 ml, 1 cement, 1 mieszalnik cementu;

**Odpowiedź: Nie dopuszcza ponieważ brak jest igieł trepanobiopsyjnych.**

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
Anna Czech