

Piła dnia 03.03.2021 roku

EZP.II-241/19/21/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych pn. **dostawa sprzętu jednorazowego użytku i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego.**

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innej wielkości opakowań? Ilość w sztukach pozostanie bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie 1: Czy Zamawiający w poz. 18 ma na myśli „Zestaw do pobierania i transportu wymazów do badań COVID-19 (próbówka z PS o pojemności 11ml, średnica 16mm, długość 100mm, okrągło denka z korkiem, sterylna z podłożem do wirusów + 1 flokowaną wymazówką do pobierania wymazów na COVID-19 jałowa”? Zestawy bez podłoża wirusologicznego i wymazówką wiskozową nie są polecane przez WHO i Państwowy Zakład Higieny.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli próbkę sterylną bez podłoża do wirusów, laboratorium używa soli fizycznej.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganego terminu dostawy. W zapytaniu ofertowym Zamawiający podaje, że dostawy będą realizowane w ciągu 5 dni roboczych zaś w projekcie umowy §6, ust. 3, że w ciągu 2 dni roboczych.

Odpowiedź: Dostawy będą realizowane w ciągu 5 dni roboczych.

Pytanie nr 4

Dotyczy – zadanie 1 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki o poj. użytkowej 4 ml, całkowitej 5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy – zadanie 1 pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki sterylne o poj. 5-100ul? Jeśli nie, czy Zamawiający dopuści końcówki typu Gilson o poj. 5-200ml?

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 6

Dotyczy wymagania do pakietu 1

W związku z tym, że umowa zawierana jest na 12 miesięcy, czy nie byłoby zasadne skrócenie terminu ważności art. sterylnych do 9 lub 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 7

Dotyczy - Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje próbek stożkowych, z korkiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy - Zadanie 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pipetki o dł. całkowitej 155 mm, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Dotyczy - Zadanie 2 pozycja 13

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej opisującej wymiary kapilar ?

2. Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuści :

a) kapilary o poj. 175ul i wymiarach 2,3x100 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

b) kapilary o poj. 130ul i wymiarach 2,3x75 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy - Zadanie 2 pozycja 20

Czy Zamawiający ma na myśli naczynko o poj. 2 ml, czy może 0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga poj. 0,5 ml.

Pytanie nr 11

Dotyczy - Zadanie 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z kapilarą na 250 ul krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy - zadanie 1,2,3

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów u poszczególnych wytwórców, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań niż określone w specyfikacji, z odpowiednim przeliczeniem zadanych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto faktury za daną dostawę jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dotyczy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości brutto części niezrealizowanej umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17

Pytania pakiet 1 do całości: Czy Zamawiający dopuści produkty pochodzące od różnych dostawców? Nasze produkty są kompatybilne, z powodzeniem odnajdują zastosowanie w placówkach medycznych czy laboratoriach i nie rozumiemy, czemu Zamawiający działa na swoją niekorzyść, ograniczając się takim zapisem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że dane zamówienie zostanie zrealizowane przez jednego Wykonawcę w całości w jednym terminie.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu? W naszej opinii tak samo, jak w przypadku pierwszego zapisu - Zamawiający działa na swoją niekorzyść.

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 19

Poz 9. Czy Zamawiający zaokrągli zamawianą ilość szalek do 600 sztuk pakowanych w rękawy po 24 sztuki, ze względu na taki sposób pakowania przez producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 20

Poz 10. Czy Zamawiający zaokrągli zamawianą ilość szalek do 600 sztuk pakowanych w rękawy po 24 sztuki, ze względu na taki sposób pakowania przez producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Pytanie nr 21

Pytania pakiet 2: 13. Czy Zamawiający dopuści kapilary z heparyną Li o wymiarach 2,3mmx100mm o pojemności 175ul?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.