

Dotyczy: ogłoszenia na sukcesywny, zgodny z potrzebami Zamawiającego zakup środków do dezynfekcji, nr postępowania: Kz-2380/93/19/RK.

PYTANIE 1

ZADANIE NR 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie jednego alkoholu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zamiennego równoważnego o nie gorszych parametrach, niż produkt wskazany w formularzu asortymentowo – cenowym załącznik nr 2 do umowy.

PYTANIE 2

ZADANIE NR 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat Suma Alcohol Spray D4.12, charakteryzujący się krótkim czasem działania do 1 min. w opakowaniach 0,75 L z odpowiednim przeliczeniem ilości? W załączeniu karta produktu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie produktu o pojemności 0,75 L.

PYTANIE 3

ZADANIE NR 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny jako równoważnik preparat na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych, działający do 30 sekund: bakteriobójczo, prątki gruźlicy, drożdżakobójczo, wirusobójczo (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpes, SARS, Vacciniawirus, H1N1), spełniający pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt spełniał wszystkie parametry wskazany w formularzu asortymentowo – cenowym załącznik nr 2 do umowy.

PYTANIE 4

ZADANIE NR 1 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający w poz. 3 i 4 dopuści do oceny jako równoważnik preparat w postaci piany, przeznaczony do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni, charakteryzujący się szerokim spektrum działania obejmującym bakterie, drożdże, wirusy (HIV, HBV, HCV, rota, vaccinia, BVDV) w czasie do 5 min. z możliwością rozszerzenia o Tbc i Papova?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zamiennego równoważnego o nie gorszych parametrach niż produkt wskazany w formularzu asortymentowo – cenowym załącznik nr 2 do umowy.

PYTANIE 5

ZADANIE NR 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny jako równoważnik preparat na bazie etanolu, w opakowaniach 5 L. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie produktu o innej pojemności niż określona w formularzu asortymentowo – cenowym załącznik nr 2 do umowy.

PYTANIE 6

ZADANIE NR 1 poz. 12 i 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny jako równoważnik preparat charakteryzujący się szerokim spektrum działania obejmującym bakterie, drożdże, wirusy (HIV, HBV, HCV, rota, vaccinia, BVDV) w czasie do 5 min. z możliwością rozszerzenia o Tbc i Papova w 15 min.?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zamiennego równoważnego o nie gorszych parametrach niż produkt wskazany w formularzu asortymentowo – cenowym załącznik nr 2 do umowy.