

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych przeznaczonych do odświeżania Zestawów Ratownictwa Taktycznego dla RBZMed” – sprawa nr WOFiTM/23/2021/PN.

Napodstawie z art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1 :

Dotyczy wymiaru opakowania dla rurek nosowo-gardłowych 7mm i 7,5 mm – dotyczy wszystkich zadań gdzie znajdują się rurki nosowo-gardłowe w wyposażeniu.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek nosowo -gardłowych spełniających opis swz w opakowaniu o maksymalnych wymiarach 12 cmx22cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy latarka czołowa dotyczy załącznik 5 d do SWZ punkt 25.

Czy w związku z modyfikacją przez producenta parametrów latarki czołowej Zamawiający dopuści produkt o parametrach poniżej:

1. Konstrukcja:

a) źródło światła – diody , (dioda biała i czerwona)

b) kompaktowa,

c) Odporność na wodę -1 m przez 30 minut (IP X7). IPX7 wodoszczelna do -1 metra przez 30 minut).

d) możliwość mocowania za pomocą opaski elastycznej

e) blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem.

2. Parametry techniczne:

Obecne parametry przestawione w tabelce

Kolor światła	Tryb	Ilość światła	Zasięg	Czas świecenia
biały	STANDARD	13 lm	6 m	11 h 30
	MAX POWER	30 lm	7 m	9 h

	Pulsujący	15 lm	Widoczne ze 100 m przez 95 h
czerwony	bliski	2 lm	Widoczne ze 100 m przez 15 h
	pulsujący	-	Widoczne ze 100 m przez 70 h

- a) światło białe, jedna lub trzy diody, o zasięgu światła min 10 m,
b) światło czerwone (dyskretne oświetlenie),
c) 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny - czas świecenia min 12 h i maksymalny - czas świecenia min 9 h,
d) 2 tryby pulsujące: biały i czerwony,
e) masa latarki max 50 g z bateriami
f) temperatura pracy: -30 st. C do +60 st. C,
g) zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032.
3. Zapasowy komplet baterii

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu.

Pytanie nr 3 .

Zwracamy się o możliwość wyrażenia zgody oraz modyfikacji swz dotyczącej wymogu złożenia próbek opatrunków: opatrunku indywidualnego oraz opatrunku na rany klatki piersiowej – obecnie jest wymóg złożenia próbek najpóźniej w dniu złożenia oferty , zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rozważenie możliwości złożenia próbek na wezwanie zamawiającego tak jak odbywało się to w postępowaniach w ubiegłym roku.

Odpowiedź: Próbką stanowi dokument przedmiotowy, w związku z czym należy ją złożyć najpóźniej w dniu złożenia oferty.

Pytanie nr 4

Dotyczy opatrunków :

Opatrunki hydrożelowe (wszystkie rozmiary) i hydrożel w butelce

Opatrunek indywidualny

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie powyższego asortymentu z wszystkich zadań oraz utworzenie dla tych produktów odrębnych zadań /pakietów na które Wykonawcy będą mogli złożyć oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 5.

Dotyczy badania próbek

Zwracamy się z wnioskiem, aby badanie próbek odbyło się jednocześnie dla wszystkich złożonych opatrunków (próbek) było przeprowadzone w tym samym dniu, na tych samych „pozorantach” i przez komisję składającą się z tych samych członków.

Odpowiedź: Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie SWZ w myśl Ustawy.

Pytanie nr 6 :

Dotyczy wymiaru gazy opatrunkowej jałowej w opakowaniu – załącznik nr 5 d do SWZ punkt 8.Zwracamy się prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie gazy opatrunkowej jałowej o wymiarze 0,5 m2 w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chust trójkątnej w rozmiarze : 96cmx96cmx 143cm przy zachowaniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

KOMENDANT

/ - / płk Waldemar PAWELEC