

Konin, 05.08.2022 r.

WSZ-EP-24/1183/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-24/2022

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 49

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet 32

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 32 poz. 1 strzykawkę 2ml z tłokiem niekontrastującym białym, Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Strzykawka bez rozszerzenia skali do 3ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 32 poz 2 strzykawkę 5ml z tłokiem niekontrastującym białym, Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Strzykawka bez rozszerzenia skali do 6ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 32 w poz 3 strzykawkę 10ml z tłokiem niekontrastującym białym, Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Strzykawka bez rozszerzenia skali do 12 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 32 w poz 4 . strzykawkę 20ml z tłokiem niekontrastującym białym ,Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Strzykawka bez rozszerzenia skali do 24ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 34

5) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 34 w poz 4. igieł w rozmiarze 0,7 o długościach 25mm,40mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 35

6) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 35 w poz 1. Igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek bez otworu bocznego , w rozmiarze 18G; długa 1,2 x 40 mm, 1,2x25mm z ostrzem ściętym pod kątem 40°, pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

7) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 35 w poz 2 Igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G; 1,2 x 40 mm, z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętym pod kątem 40°, pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 37

8) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 37 w poz 1 drenu przedłużającego w opakowaniu papier/folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

9) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 37 w poz 2 drenu przedłużającego w opakowaniu papier/folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 55

10) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 55 alternatywnego przyrządu do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), światłoczułych, bursztynowy, transparentny, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne, połączenie- potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 195 cm, zawierający zacisk zatraskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 19ml, średnica drenu wewnętrzna 3mm, zawierający filtr 15um w komorze kroplowej, cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii – jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h). Nakładka z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, obrotowe złącza typu luer. Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV . Produkt sterylny. Apirogenny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 56

11) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 56 alternatywnego przyrządu do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), światłoczułych, bursztynowy, transparentny, z trzema zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne, połączenie- potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 194 cm, zawierający zacisk zatraskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu wewnętrzna 3mm, zawierający filtr 15um w komorze kroplowej, odpowietrzenie automatyczne, dwa wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h). Nakładka z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV . Produkt sterylny. Apirogenny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 98

12) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 98 w poz 1 igły dostosowanej do możliwości podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych z oznaczeniem przepływu w ml/s na klipsie zatraskowym, dodatkowo w opakowaniu nakleika z oznaczeniem przepływu ułatwiająca identyfikację możliwości zastosowania igły. Igła z przezroczystą podstawą stabilizującą z miękką pianką, poprawiającą komfort pacjenta w trakcie użytkowania, igła z drenem z klipsem zatraskowym. Igła bezpieczna- posiadająca zabezpieczenie ostrza w rozmiarach 20G x 19mm ? Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Produkt klasy IIa

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 115

13) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 115 poz 1 alternatywnego aparatu do infuzji grawitacyjnej bezpieczny (z technologią ARD). Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, filtr 15 mikronów w dnie komory.(oznaczenie na opakowaniu) wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, całkowita długość zestawu 185cm. Objętość wypełnienia drenu 18 ml. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap sterylizowany - EO, Na opakowaniu jednostkowym instrukcja obsługi, data ważności – 3 lata od daty produkcji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

14) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 115 poz. 2 kraników trójdrożnych z drenem przedłużającym do terapii dożylnych, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, trójdrożny z przedłużaczem 50 cm, średnica wew. drenu 2,6mm, z PCV bez DEHP ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

15) Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektowanych postanowień umowy klauzul waloryzacyjnych

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.