

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 12.06.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Pytanie do pakietu 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ssak z manometrem tylko w skali mmHg?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga urządzenia wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia minimum ze skalą (bar i kPa).

Pytanie nr 2:

Pytanie do pakietu 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak o podciśnieniu – 650 mmHg, co w przeliczeniu daje -87 kPa?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza ssak o podciśnieniu – 650 mmHg, co w przeliczeniu daje -87 kPa.

Pytanie nr 3:

Pytanie do pakietu 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak o podciśnieniu – 550 mmHg, co w przeliczeniu daje -73 kPa?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza ssaka o maksymalnym podciśnieniu 550 mmHg.

Pytanie nr 4:

Pytanie do pakietu 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie 30 l/min?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga aparatu z maksymalnym przepływem zgodnym z OPZ z tolerancją +/- 10%.

Pytanie nr 5:

Pytanie do pakietu 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie 12 l/min?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wymaga aparatu z maksymalnym przepływem zgodnym z OPZ z tolerancją +/- 10%.

Pytanie nr 6:

Pytanie do pakietu 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 5 kg (ze wszystkimi akcesoriami)?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza aparat o wadze ze wszystkimi akcesoriami +/- 15% od podanej wagi w OPZ.

Pytanie nr 7:

Pytanie do pakietu 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 2,65 kg (ze wszystkimi akcesoriami)?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza aparat o wadze ze wszystkimi akcesoriami +/- 15% od podanej wagi w OPZ.

Pytanie nr 8:

Pytanie do pakietu 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 38 cm x 14 cm x 29 cm?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza aparat o wymiarach 38 cm x 14 cm x 29 cm.

Pytanie nr 9:

Pytanie do pakietu 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 32 cm x 16 cm x 27 cm?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza aparat o wymiarach 32 cm x 16 cm x 27 cm.

W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie.

UWAGA

PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY