



**Nr postępowania ZP/77/008/D/22**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa spektrofotometru UV-VIS dwuwieżkowego”.**

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

W dniu 11.04.2022r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące SWZ. Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny udziela odpowiedzi na zapytanie:

**Pytanie**

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z uchwytem termostatowanym systemem Peltiera do kuwet 10mm w układzie dwuwieżkowym (jeden dla próbki i jeden dla referencji) działający w zakresie od -5°C do +110°C, z dokładnością temperatury  $\pm 0.05^\circ\text{C}$ , z możliwością mieszania magnetycznego poprzez ustawienie 10 różnych kroków mieszania wraz z kontrolerem oraz oprogramowaniem sterującym z poziomu komputera. Zaoferowane parametry są porównywalne z wymaganymi, a oferowane oprogramowanie sterujące przystawką temperaturową z poziomu komputera umożliwi dodatkowo programowanie szybkości narostu/narostów temperatury oraz czasu utrzymywania zadanej temperatury/temperatur.

**Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyraża zgodę.**