



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 3

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/DZZP/ 2315 / 4198 /23**

**Data: 25.10.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 4138 / 2023**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 39 pozycja 1**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 4,2-7,1 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 39 pozycja 2**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 5,0-10,5 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 39 pozycja 3**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Odpowiedź: MASIMO RD SET NEO REF: 4003.**

**PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 39 pozycja 1 i 2**

Pakiet 39 Pozycja 1 i 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów bez zaokrąglanych krawędzi ? Reszt bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 39 pozycja 1 i 2**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o informacje o typie zakończenia mankietów. Czy to ma być konektor typu motylek

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga konektora typu motylek.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**