



EZ/856/24

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pozostałych materiałów medycznych do badań diagnostycznych oraz odczynników i testów do badań diagnostycznych (sygnatura sprawy: **EZ/783/415/24**).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania 18

„Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne pakowane po 15 szt i zaoferowanie 210 szt?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza inną ilość w opakowaniu jednostkowym z zastrzeżeniem zastosowania zapisu znajdującego się pod „Formularzem cenowym” „Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania.”. Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania 210 sztuk elektrod.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania 18

„Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone po okręgu w stosunku 1/3 do 2/3 ? Taki podział elektrody znacznie lepiej rozprasza prąd „powrotny” i nie tworzą się dzięki temu tzw gorące punkty.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody dzielone po okręgu w stosunku 1/3 do 2/3.

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania 18

„Czy Zamawiający dopuści elektrody dla pacjentów powyżej 15kg?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody dla pacjentów powyżej 15kg.

Ponadto Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej w oparciu o art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 29.10.2024r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. **Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 27.11.2024r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

