



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 3**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 4420 /23**

**Data: 07.11.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup sprzętu do ćwiczeń na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak sprawy: 3820/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

**PYTANIE nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza rower z certyfikatem CE , zamiast certyfikatu medycznego ?

**Odpowiedź: Certyfikat medyczny jest niezależnym potwierdzeniem strony trzeciej, że wyrób medyczny spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze dyrektyw Unii Europejskiej, a także potwierdza deklarację zgodności wytwórcy. Natomiast Certyfikat CE jest europejskim znakiem zgodności świadczącym o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta odpowiednich wymagań zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach powiązanych z danym wyrobem, w związku z tym Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że zaoferowany przez Wykonawcę rower jest wyrobem medycznym i posiada Certyfikat CE i dopuszczenie do obrotu dla tego rodzaju wyrobów.**

**PYTANIE nr 2**

Czy zamawiający dopuszcza rower z trójkolorowym monitorem LED wskazującym m.in czas, dystans, kalorie puls zamiast monitoringu prawej i lewej kończyny dolnej ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 3**

Czy zamawiający dopuszcza rower bez regulacji korby ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 4**

Czy zamawiający dopuszcza rower z oporem jednokierunkowym w przód ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 5**

Czy zamawiający dopuszcza rower z korbą jednoczęściową ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**